

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՎԶՄ ԶՐՄ ԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում HC- ACUTE տարբերակման ռեագենտ	HUMAN	HUMAN	HUMAN	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում HC-ACUTE տարբերակման ռեագենտ- նախատեսված վերլուծիչի հաճախակի մագրման համար: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 50մլ կամ ավել պլաստիկե կամ ապակյա տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը, համատեղելի լինի HUMAN Humacount 3D սարքի

					խողովակաշարի և ծավալային տվիչի միակցիչի հետ: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Պետք է ունենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԶՄ ԶՐՄ ԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/02
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
27	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում HC- ACUTE տարբերակման ռեագենտ	HUMAN	HUMAN	HUMAN	Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում HC-ACUTE տարբերակման ռեագենտ- նախատեսված վերլուծիչի հաճախակի մագրման համար: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 50մլ կամ ավել պլաստիկե կամ ապակյա տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը, համատեղելի լինի HUMAN Humacount 3D սարքի

					խողովակաշարի և ծավալային տվիչի միակցիչի հետ: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Պետք է ունենա HUMAN Diagnostics արտադրողի ռեագենտի քարտային նույնականացման համակարգի հետ համատեղելի RF-ID քարտ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III
--	--	--	--	--	--