

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Մեխի երկարությունը պետք է լինի 210 մմ, Պրոքսիմալ անցքերից մեկը նախատեսված 8,0մմ պտուտակի համար, մյուսը 6,4մմ պտուտակի համար, հեռակա 2 անցքով նախատեսված 4,9մմ լոքինգ պտուտակների համար: Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր, Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ

				<p>ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ: մատակարարը պետք է ապահովի մեխի տեղադրման համար գործիքակազմը: Մեխը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը բնութագրող պիտակ:</p> <p>Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված մեխերից մեկական ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: 130° Հաստություն՝ 9 մմ, 10 մմ, 11 մմ, 12 մմ: Երկարություն՝ 210 մմ, 210 մմ, 210 մմ, 210 մմ: 135° Հաստություն՝ 9 մմ, 10 մմ, 11 մմ, 12 մմ: Երկարություն՝ 210 մմ, 210 մմ, 210 մմ, 210 մմ:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУФРЧ-ЕЦХЦПР-25/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Длина гвоздя должна составлять 210 мм, одно из проксимальных отверстий предназначено для винта диаметром 8,0 мм, другое – для винта диаметром 6,4 мм, а два дистальных отверстия – для блокируемых винтов диаметром 4,9 мм. Производящая организация должна иметь сертификат соответствия не ниже ISO 9001:2015 и сертификат соответствия не ниже ISO 13485:2016. Имплантат должен иметь сертификат соответствия CE. Согласно статье 2 Закона РА

				<p>НО-325-Н «О медицинской помощи и обслуживании населения», Участник должен предоставить сертификат соответствия, гарантийное письмо (разрешительное письмо) от производителя продукции вместе с Заявкой и сертификат происхождения, предоставленный производителем продукции на этапе заключения договора. Поставщик должен предоставить оснастку для установки гвоздя. Стержень должен иметь индивидуальную упаковку и этикетку с описанием продукции. По желанию заказчика один из перечисленных ниже гвоздей должен быть предоставлен для хранения, а после использования, при необходимости, доставлен в течение 24 часов: 130° Толщина: 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм. Длина: 210 мм, 210 мм, 210 мм, 210 мм. 135° Толщина: 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм. Длина: 210 мм, 210 мм, 210 мм, 210 мм.</p>
--	--	--	--	--