

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Thromboplastin	HELENA	Thromboplastin 5267 L	Helena Biosciences Europe/ UK	Պրոտրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու PT կամ համարժեք. 1թեստը համարժեք է 0,2մլ. Մեթոդ՝ ֆիբրինագոյացման ժամանակի որոշում. Ֆորմատ: 10x10մլ, 500վիզուալ, /1000թեսթ սարքերի համար/. Ստուգվող նմուշ՝ պլազմա. Պահպանման պայմանները 2-8C, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն. 1 հատը համարժեք է 1 թեսթի: Ֆիրմային նշանի առկայությունը. Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն:ISO 9001 և ISO 13485

					սերտիֆիկատների առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30 C ForInVitroDiagnosticonly
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22040404-000000000-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Thromboplastin	HELENA	Thromboplastin 5267 L	Helena Biosciences Europe/ UK	Набор для определения протромбинового времени РТ или аналогичный. 1 тест эквивалентен 0,2 мл. Метод: определение времени свёртывания фибрина. Формат: 6 флаконов по 4 мл или эквивалент, включая буфер для разведения 120 визуальных/240 тестовых устройств/. R1 – 6 флаконов по 4 мл лиофилизированного экстракта кролика, R2 – 1 флакон буферного раствора 25 мл. Образец для анализа: плазма. Условия хранения: от 2 до 8 °С, срок годности

					истекает в течение 2/3 срока годности на момент доставки. 1 тест эквивалентен 1 тесту. Наличие товарного знака. Наличие сертификата происхождения. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Условия хранения: от 2 до 30 °С. Только для диагностики InVitro.
--	--	--	--	--	---