

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	BIL D+T	BIL D+T	BIL D+T	Delta Ltd	Բիլիռուբին , ընդհանուր և ուղղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ հավաքածու BILIRUBIN D+T 100/100մլ 100 direct+ 100 total, 200 թեստ կամ համարժեք.R1-100 մլ ռեագենտ ընդհանուր բիլիռուբինի համար R2-100 մլ ռեագենտ ուղիղ բիլիռուբինի համար R3-2,5 մլ նատրիումի նիտրիտ. Պարտադիր ստանդարտ լուծույթի առկայություն . Մեթոդ՝ Կոլորիմետրիկ/ ծայրակետ.1 հատը համարժեք է 1 թեսթի Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա. Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-8 C

				պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10 C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ ForInVitroDiagnosticonly Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն:ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	BIL D+T	BIL D+T	BIL D+T	Delta Ltd	Բիլիռուբին , ընդհանուր և ուղղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ հավաքածու BILIRUBIN D+T 100/100մլ 100 direct+ 100 total, 200 թեստ կամ համարժեք.R1-100 մլ ռեագենտ ընդհանուր բիլիռուբինի համար R2-100 մլ ռեագենտ ուղիղ բիլիռուբինի համար R3-2,5 մլ նատրիումի նիտրիտ. Պարտադիր ստանդարտ լուծույթի առկայություն . Մեթոդ՝ Կոլորիմետրի/ ծայրակետ.1 հատը համարժեք է 1 թեսթի Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա. Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-8 C

				պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10 C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ ForInVitroDiagnosticonly Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայություն Ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն:ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:
--	--	--	--	---