

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/105 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
30	AQUATRACK Guidewires	Cardinal Health / Cordis	Պերիֆերիկ հիդրոֆիլ ուղեցույց Aquatrack տեսակի: Նպատակը՝ ծայրամասային զարկերակների ինտերվենցիա. Ուղեցույցի ներքին միջուկի սյուլը՝ Նիտինոլ, այս սյուլը հաղորդիչին տալիս է ճկունություն: Հաղորդավարի արտաքին ծածկույթը՝ հիդրոֆիլ, այս սյուլը ապահովում է գործիքի անցումը, նվազեցնում է անբարենպաստ իրադարձությունների ռիսկը: Ուղեցույցի ռադիոթափանցիկ հեռավոր ծայրի երկարությունը առնվազն 3 սմ է՝ անոթների միջով անվտանգ անցման համար: Ուղիղ և կոր (60°) ծայրով հաղորդիչների առկայությունը հնարավորություն է տալիս օգտագործել հաղորդիչը տարբեր անոթների վրա միջամտությունների ժամանակ: Տարբեր աստիճանի ծայրի կոշտությամբ Ուղեցույց ընտրելու հնարավորություն, որն անհրաժեշտ է կալցիֆիկացված վնասվածքների անցման համար: Հաղորդավարի տրամագիծը ոչ պակաս, քան 0,035 դյույմ, այս պարամետրը որոշում է մաշկով ներանոթային անգիոպլաստիկայի ժամանակ օգտագործվող այլ գործիքների հետ համատեղելիությունը: Ուղեցույցի երկարությունը 260 սմ: Հաղորդավարի պտտման համար

			համապատասխան սարքի առկայություն: Ապրանքը նոր է փակ գործարանային տուփով, առնվազն 12 ամիս երաշխիքային ժամկետի առկայություն:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 0144-Е4X472P-25/105 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
30	AQUATRACK Guidewires	Cardinal Health / Cordis	Պերիֆերիկ հիդրոֆիլ ուղեցույց Aquatrack տեսակի: Նպատակը՝ ծայրամասային զարկերակների ինտերվենցիա. Ուղեցույցի ներքին միջուկի նյութը՝ նիտինոլ, այս նյութը հաղորդիչին տալիս է ճկունություն: Հաղորդավարի արտաքին ծածկույթը՝ հիդրոֆիլ, այս նյութը ապահովում է գործիքի անցումը, նվազեցնում է անբարենպաստ իրադարձությունների ռիսկը: Ուղեցույցի ռադիոթափանցիկ հեռավոր ծայրի երկարությունը առնվազն 3 սմ է՝ անոթների միջով անվտանգ անցման համար: Ուղիղ և կոր (60°) ծայրով հաղորդիչների առկայությունը հնարավորություն է տալիս օգտագործել հաղորդիչը տարբեր անոթների վրա միջամտությունների ժամանակ: Տարբեր աստիճանի ծայրի կոշտությամբ Ուղեցույց ընտրելու հնարավորություն, որն անհրաժեշտ է կալցիֆիկացված վնասվածքների անցման համար: Հաղորդավարի տրամագիծը ոչ պակաս, քան 0,035 դյույմ, այս պարամետրը որոշում է մաշկով ներանոթային անգիոպլաստիկայի ժամանակ օգտագործվող այլ գործիքների հետ համատեղելիությունը: Ուղեցույցի երկարությունը 260 սմ: Հաղորդավարի պտտման համար

			համապատասխան սարքի առկայություն: Ապրանքը նոր է փակ գործարանային տուփով, առնվազն 12 ամիս երաշխիքային ժամկետի առկայություն:
--	--	--	---