

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
64	Ակկու-Չեկ ակտիվ թեստ-երիզներ	ROCHE	Accu-Chek Active	ROCHE Diagnostics	Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն Չափման մեթոդ՝ Էլեկտրոդիմիական Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ Արյան ծավալը՝ 0.6 մկլ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 8 -44 °C Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10-90% Չափում է հեմատոկրիտ 10-65% միջակայքում, Կալիբրացիա՝ համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST

				չափորոշիչին, Ֆերմենտ`Mut. Q- GDH              2 կայուն թթվածնի ազդեցության              հանդեպ, Թեստ-երիզների              ժամկետը`պետք է չփոփոխվի անկախ սրվակի բացման պայմանից: Ճշգրտությունը` համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197 չափորոշիչների պահանջներին: ՀՀ տարածքում վաճառքի արտոնագիր (ավտորիզացիա) և հավաստագրեր արտադրողի ձևաթղթով : Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ, պետք է լինի փակ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦДЦПДР-26/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
64	Стрипы Аку-чек Active	ROCHE	Accu-Chek Active	Рош Диагностик	Стрипы для глюкометра Аку-чек Active