

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
97	Roche Diabetes Care	Roche Diabetes Care	Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեսթ երիզ, համատեղելի Accu-Chek շաքարաչափերի հետ: Նախատեսված փակ համակարգի համար նմուշի տեսակը մազանոթային արյուն: Չափման մեթոդը Էլեկտրոդիմիական, չափման միջակայքը 0.6-33.3 մմոլ/լ: Չափման ժամանակահատվածը 15 վրկ: Արյան ծավալը ոչ ավել քան 0.6մկլ: Հեմատոկրիտիթոմբոլատրեի միջակայքը՝ 10-65% Կալիբրացիա՝ համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսեոկինազային մեթոդի վրա: Տուփում առկա թեստ երիզների քանակը առնվազը 25 հատ: Տուփը բացելուց հետո թեստ երիզների պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 9 ամիս: Մատակարարման պահին տուփի վրա նշված պահպանման ժամկետի ոչ պակաս քան 50 %ի առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ЕЦΔЦΠΩΡ-2026/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
97			