

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	ОРВИ скрин-FL	ОРВИ скрин-FL	ОРВИ скрин-FL	Центральный научно- исследовательский институт эпидемиологии, AmpliSens	"Ռեազենտների հավաքածու՝ շնչառական վարակների հարուցիչների հայտնաբերման և տարբերակման համար՝ ՊՇՌ մեթոդով՝ ֆլուորեսցենտ հիբրիդացման պրոբներով (ԳՖԼ- դետեկցիա) ամպլիֆիկացիայի արդյունքների գրանցմամբ: Հայտնաբերվող թիրախներ՝ ՌՆԹ՝ ռեսպիրատոր-սինցիտյալ վիրուս (human Respiratory Syncytial virus — hRSV), ՌՆԹ՝ մետապնեմովիրուս (human Metapneumovirus — hMPV), ՌՆԹ՝ պարագրիպի 1-4 տիպի վիրուսներ (human Parainfluenza

virus 1-4 — hPIV), ՌՆԹ՝ կորոնավիրուսներ (OC43, 229E, NL63, HKU1 ենթատեսակներ) (human Coronavirus — hCoV), ՌՆԹ՝ ռինովիրուսներ (human Rhinovirus — hRV), ԴՆԹ՝ ադենովիրուսներ B, C և E խմբերի (human Adenovirus — hAdV), ԴՆԹ՝ բոկավիրուս (human Bocavirus — hBoV):

Սպեցիֆիկություն՝ 100% բոլոր թիրախ վիրուսների ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի համար: Չգայունություն՝ Ռեսպիրատոր-սինցիտյալ վիրուս, մետապնևմովիրուս, պարագրիպի 1-4 տիպ, բոկավիրուս, ռինովիրուսներ - $\geq 1 \times 10^3$ գենոմային օրինակ/մլ, Կորոնավիրուսներ - $\geq 1 \times 10^4$ գենոմային օրինակ/մլ, Ադենովիրուսներ - $\geq 5 \times 10^3$ գենոմային օրինակ/մլ:

Վերահսկիչներ՝ Նուկլեինաթթվի մաքրման արդյունավետության վերահսկիչ, ՊՇՌ-ի անցկացման վերահսկիչ: Կլինիկական նմուշներ՝ Զթի և ըմպանի խոռոչից վերցված քսուկներ, հորի կամ տրախեալ ասպիրատներ, բրոնխոալվեոլյար լվացում, Բրոնխների լվացման

				հեղուկներ, դիաֆերման նյութ: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 55 հայտնաբերման համար, հավաքածույի ռեագենտների մի մասը արդեն լցված են պատրաստի ՊՇՌ փորձանոթներում: Հավաքածուն պետք է նաև ներառի հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ ռեագենտներ՝ կԴՆԹ սինթեզման հավաք՝ Ռևերտ Տրանսկրիպցիալի մեթոդով, 60 թեստի համար, մուկոլիզին, առնվազն 200 մլ: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 սարքերի հետ աշխատելու համար: Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել նշված սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն"
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
43	ОРВИ скрин-FL	ОРВИ скрин-FL	ОРВИ скрин-FL	Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии, AmpliSens	"Ռեազենտների հավաքածու՝ շնչառական վարակների հարուցիչների հայտնաբերման և տարբերակման համար՝ ՊՇՌ մեթոդով՝ ֆլուորեսցենտ հիբրիդացման պրոբներով (ԳՖԼ-դետեկցիա) ամպլիֆիկացիայի արդյունքների գրանցմամբ: Հայտնաբերվող թիրախներ՝ ՌՆԹ՝ ռեսպիրատոր-սինցիտյալ վիրուս (human Respiratory Syncytial virus — hRSV), ՌՆԹ՝ մետապնեմովիրուս (human Metapneumovirus — hMPV), ՌՆԹ՝ պարադրիպի 1-4 տիպի վիրուսներ (human Parainfluenza

virus 1-4 — hPIV), ՌՆԹ՝ կորոնավիրուսներ (OC43, 229E, NL63, HKU1 ենթատեսակներ) (human Coronavirus — hCoV), ՌՆԹ՝ ռինովիրուսներ (human Rhinovirus — hRV), ԴՆԹ՝ ադենովիրուսներ B, C և E խմբերի (human Adenovirus — hAdV), ԴՆԹ՝ բոկավիրուս (human Bocavirus — hBoV):

Սպեցիֆիկություն՝ 100% բոլոր թիրախ վիրուսների ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի համար: Չգայունություն՝ Ռեսպիրատոր-սինցիտյալ վիրուս, մետապնևմովիրուս, պարագրիպի 1-4 տիպ, բոկավիրուս, ռինովիրուսներ - $\geq 1 \times 10^3$ գենոմային օրինակ/մլ, Կորոնավիրուսներ - $\geq 1 \times 10^4$ գենոմային օրինակ/մլ, Ադենովիրուսներ - $\geq 5 \times 10^3$ գենոմային օրինակ/մլ:

Վերահսկիչներ՝ Նուկլեինաթթվի մաքրման արդյունավետության վերահսկիչ, ՊՇՌ-ի անցկացման վերահսկիչ: Կլինիկական նմուշներ՝ Զթի և ըմպանի խոռոչից վերցված քսուկներ, հորի կամ տրախեալ ասպիրատներ, բրոնխալվեոլյար լվացում, Բրոնխների լվացման

				հեղուկներ, դիաֆերման նյութ: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 55 հայտնաբերման համար, հավաքածույի ռեագենտների մի մասը արդեն լցված են պատրաստի ՊՇՌ փորձանոթներում: Հավաքածուն պետք է նաև ներառի հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ ռեագենտներ՝ կԴՆԹ սինթեզման հավաք՝ Ռևերտ Տրանսկրիպցիալի մեթոդով, 60 թեստի համար, մուկոլիզին, առնվազն 200 մլ: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 սարքերի հետ աշխատելու համար: Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել նշված սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն"
--	--	--	--	--