

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	Магнитный штатив	Магнитный штатив	Магнитный штатив	Центральный научно- исследовательский институт эпидемиологии, AmpliSens	Մագնիսական շտատիվ նուկլեինաթ- թունների էքստրակցիայի համար, նա խատեսված է in vitro ախտորոշման համար: Տեղերի քանակը Առնվազն 24 հատ 1.5 մլ ծավալով փորձանոթների համար: Շտատիվը պատրաստված է Պոլիվինիլքլորիդից: Ունի կայունություն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ: Ունի կայունություն՝ հոնավության, թթուների, ալկալիների, աղային լուծույթների, սպիրտների նկատմամբ: Պետք է դիմանա մինչև

					-20C0 պահպանման համար: Փորձանոթների համար Նախատեսված տեղերը, պետք է ունենան թվային համարակալում: Շտատիվը պետք է ունենա քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն ռետինե ոտիկներ: Շտատիվի մագնիսները պետք է պատրաստված լինեն բորի, երկաթի և նեոդիմումի համաձուլվածքից: Մագնիսների քանակը 12 հատ : Չափսեր (մմ)` 274,3×51×60
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
55	Магнитный штатив	Магнитный штатив	Магнитный штатив	Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии, AmpliSens	Մագնիսական շտատիվ նուկլեինաթթուների էքստրակցիայի համար, նախատեսված է in vitro ախտորոշման համար: Տեղերի քանակը Առնվազն 24 հատ 1.5 մլ ծավալով փորձանոթների համար: Շտատիվը պատրաստված է Պոլիվինիլքլորիդից: Ունի կայունություն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ: Ունի կայունություն՝ հոնավության, թթուների, ալկալիների, աղային լուծույթների, սպիրտների նկատմամբ: Պետք է դիմանա մինչև

					-20C0 պահպանման համար: Փորձանոթների համար Նախատեսված տեղերը, պետք է ունենան թվային համարակալում: Շտատիվը պետք է ունենա քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն ռետինե ոտիկներ: Շտատիվի մագնիսները պետք է պատրաստված լինեն բորի, երկաթի և նեոդիմումի համաձուլվածքից: Մագնիսների քանակը 12 հատ : Չափսեր (մմ)` 274,3×51×60
--	--	--	--	--	---