

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թովմաս Խաչատրյան ԱԶ-ն ՀՀԱՆԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	BAIN MEDICAL EQUIPMENT (GUANGZHOU) CO., LTD	Dora	Dora	BAIN MEDICAL EQUIPMENT (GUANGZHOU) CO., LTD	Մեմբրանի արդյունավետ մակերեսը՝ 2.0 (± 0.1)մ2, , Մեմբրանի(թաղանթի) նյութը՝ սինթետիկ (Polyethersulfone կամ Helixone) թաղանթի հաստությունը 30-40մկմ, ներքին տրամաչափը 200մկ $\pm 10\%$, լցման ծավալը ոչ պակաս քան 125մլ: Մանրեագերծման մեթոդը գոլորշիով կամ գամմա ճառագայթամբ: Գերզտման գործակիցը ոչ ավել քան 29 մլ/ժամ/մմ սնդ.սյուն: Կլիրենս (300 մլ/րոպե): Միզանյութը 200-400; ; կրեատինինը 192-280 ; վիտամին Բ 12- 172-223, ֆոսֆատը 183- 260:

					Գործող Dialog Plus և AK98 սարքերի հետ համատեղելի: ISO 13485 և CE Mark 93/42 կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային նշանը/մոդելը/արտադրողը Baxter Polyflux կամ Allmed Medical GmbH կամ Lepu Medical կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical: Հանձնման պահին պիտանիության ժամկետը առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Թոժվմաւ Խաչատրյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/19
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	BAIN MEDICAL EQUIPMENT (GUANGZHOU) CO., LTD	Dora		BAIN MEDICAL EQUIPMENT (GUANGZHOU) CO., LTD	Մեմբրանի արդյունավետ մակերեսը՝ 2.0 (± 0.1)մ2, , Մեմբրանի(թաղանթի) նյութը՝ սինթետիկ (Polyethersulfone կամ Helixone) թաղանթի հաստությունը 30-40մկմ, ներքին տրամաչափը 200մկ $\pm 10\%$, լցման ծավալը ոչ պակաս քան 125մլ: Մանրեագերծման մեթոդը գոլորշիով կամ գամմա ճառագայթմամբ: Գերզտման գործակիցը ոչ ավել քան 29 մլ/ժամ/մմ սնդ.սյուն: Կլիրենս (300 մլ/րոպե): Միզանյութը 200-400; ; կրեատինինը 192-280 ; վիտամին Բ 12- 172-223, ֆոսֆատը 183- 260:

					Գործող Dialog Plus և AK98 սարքերի հետ համատեղելի: ISO 13485 և CE Mark 93/42 կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային նշանը/մոդելը/արտադրողը Baxter Polyflux կամ Allmed Medical GmbH կամ Lepu Medical կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical: Հանձնման պահին պիտանիության ժամկետը առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	---