

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թովմաս Խաչատրյան ԱԶ-ն ՀՀԱՆԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	BAIN MEDICAL EQUIPMENT (GUANGZHOU) CO., LTD	Dora	Dora	BAIN MEDICAL EQUIPMENT (GUANGZHOU) CO., LTD	Մեմբրանի արդյունավետ մակերեսը՝ 1,8±0.1 մ2 Մեմբրանի(թաղանթի) նյութը՝ սինթետիկ (Polyethersulfone կամ Helixone) թաղանթի հաստությունը 30-40մկմ, ներքին տրամաչափը 200մկ ±10%, լցման ծավալը մինչև 120 մլ: Մանրեագերծման մեթոդը գոլորշիով կամ գամմա ճառագայթմամբ: Գերզտման գործակիցը 26 - 49մլ/ժամ/մմ սնդ.սյուն: Կլիրենս (500 մլ/րոպե): Միզանյութը 193-317; կրեատինինը 256-279; վիտամին Բ 12- 157-206, ֆոսֆատը 186-267: Գործող Dialog

					Plus և AK98 սարքերի հետ համատեղելի: ISO 13485 և CE Mark 93/42 կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային նշանը/մոդելը/արտադրողը Allmed Medical GmbH կամ Baxter Polyflux կամ Lepu Medical կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical: Հանձնման պահին պիտանիության Ժամկետը առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Թղվմաւ Խաչատրյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/19
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	BAIN MEDICAL EQUIPMENT (GUANGZHOU) CO., LTD	Dora	Dora	BAIN MEDICAL EQUIPMENT (GUANGZHOU) CO., LTD	Մեմբրանի արդյունավետ մակերեսը՝ 1,8±0.1 մ2 Մեմբրանի(թաղանթի) նյութը՝ սինթետիկ (Polyethersulfone կամ Helixone) թաղանթի հաստությունը 30-40մկմ, ներքին տրամաչափը 200մկ ±10%, լցման ծավալը մինչև 120 մլ: Մանրեագերծման մեթոդը գոլորշիով կամ գամմա ճառագայթմամբ: Գերզտման գործակիցը 26 - 49մլ/ժամ/մմ սնդ.սյուն: Կլիրենս (500 մլ/րոպե): Միզանյութը 193-317; կրեատինինը 256-279; վիտամին Բ 12- 157-206, ֆոսֆատը 186-267: Գործող Dialog

					Plus և AK98 սարքերի հետ համատեղելի: ISO 13485 և CE Mark 93/42 կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային նշանը/մոդելը/արտադրողը Allmed Medical GmbH կամ Baxter Polyflux կամ Lepu Medical կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical: Հանձնման պահին պիտանիության Ժամկետը առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	--