

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱԶ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Դիալիզատոր	Lepu կամ Vital կամ Bain կամ Dora	Lepu կամ Vital կամ Bain	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO.,LTD. կամ Vital Healthcare Sdn Bhd կամ BAIN MEDICAL EQUIPMENT (GUANGZHOU) CO. LTD	3 33181120/513 Դիալիզատոր Մեմբրանի արդյունավետ մակերեսը՝ 2.0 (± 0.1)մ ² , , Մեմբրանի(թաղանթի) նյութը՝ սինթետիկ (Polyethersulfone կամ Helixone) թաղանթի հաստությունը 30-40մկմ, ներքին տրամաչափը 200մկ $\pm 10\%$, լցման ծավալը ոչ պակաս քան 125մլ: Մանրեագերծման մեթոդը գոլորշիով կամ գամմա ճառագայթմամբ: Գերզտման գործակիցը ոչ ավել քան 29 մկ/ժամ/մմ սնդ.սյուն: Կլիրենս (300 մկ/րոպե): Միզանյութը 200-400; ; կրեատինինը 192-280 ; վիտամին Բ

				12- 172-223, ֆոսֆատը 183- 260: Գործող Dialog Plus և AK98 սարքերի հետ համատեղելի: ISO 13485 և CE Mark 93/42 կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային նշանը/մոդելը/արտադրողը Baxter Polyflux կամ Allmed Medical GmbH կամ Lepu Medical կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical: Հանձնման պահին պիտանիության Ժամկետը առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սուրեն Հակոբյան Գորգենի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱԶԱՊԶԲ-26/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					