

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Մեդ Զեփիթլ» ՍՊԸ -ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Baihe Medical	Baihe Medical	Baihe Medical	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd	Արյունատար գծեր (զարկերակ- անոթ լրակազմ): Պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծը 8(±0.1)մմ, երակային օդածուղակի տրամագիծ 22մմ, լցման ծավալը 161մլ ±10%, մանրեագերծման մեթոդը՝ ճառագայթմամբ մանրեագերծում, պետք է չպարունակի լատեքս: Գործող Dialog Plus և AK98 սարքերի հետ համատեղելի: ISO 13485 և CE Mark 93/42 կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային

					նշանը/մոդելը/ արտադրողը B.Braun DiaStream կամ Baxter կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical կամ Baihe Medical: Հանձնման պահին պիտանիության ժամկետը առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<Мед Кепитл>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200000000-26/19
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Baihe Medical	Baihe Medical	Baihe Medical	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd	Кровопроводящие магистрали (артериально-венозный комплект): внутренний диаметр насосной секции 8 (±0,1) мм, диаметр венозной трубки 22 мм, объём наполнения 161 мл ±10%, метод стерилизации: радиационная стерилизация, не должно содержать латекса. Совместимы с существующими устройствами Dialog Plus и AK98. Наличие сертификатов качества ISO 13485 и CE Mark 93/42 или FDA обязательно. Наличие бренда: бренд/модель/производитель

					B.Braun DiaStream, Baxter, Vital Healthcare, Bain Medical или Baihe Medical. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.
--	--	--	--	--	--