

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Սառնարան արյան պահպանման համար +5°C	Սառնարան արյան պահպանման համար +5°C	Սառնարան արյան պահպանման համար +5°C	Սառնարան արյան պահպանման համար +5°C	"Սառնարան արյան պահպանման համար +5°C; Նախատեսված է արյան և էրիթրոցիտների զանգվածը արյան փոխներարկման կայաններում, հիվանդանոցներում, անասնաբուժական կլինիկաներում և առողջապահական այլ հաստատություններում պահելու համար:; Հատկություններ և լրացուցիչ տարրեր. Միկրոպրոցեսորի վրա հիմնված ջերմաստիճանի կարգավորիչ՝ ուլտրազգայուն ջերմաստիճանի տվիչով; Դուռը մետաղական կողպեքով; Խցիկում ջերմաստիճանի

						ավտոմատ պահպանում; Ազդանշան՝ սահմանված ջերմաստիճանային սահմանից շեղվելու դեպքում; Կառավարման վահանակի վրա ջերմաստիճանի ցուցիչի առկայություն; Օդի շրջանառության հարկադիր համակարգ; Դռան բացման ժամանակ օդափոխիչի ավտոմատ անջատում; Արյան և դրա բաղադրիչների պահպանման համար ոչ պակաս, քան 16 հարմար և տարողունակ տարաների առկայություն; Ջերմային քարտի առկայություն; Ներքին պահարանի և դռան վահանակի հակաբակտերիալ ծածկույթ; Ընդհանուր ծավալը ոչ պակաս քան 400 լիտր; Սառնարանի հալեցման համակարգի առկայություն; Սառնարանային ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան $+ 2 - + 6^{\circ} \text{C}$ տիրույթում; Ջերմաստիճանի կառավարման ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան $\pm 2^{\circ} \text{C}$; Էլեկտրոսնուցումը՝ $220 \text{ V} \pm 10\%$, 50/60 Հց; Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ;
--	--	--	--	--	--	--

				Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ. (առկայություն); 1. ISO13485 կամ համարժեք: 2. Բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք"
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10					