

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԵԳ ԱՂԱՄՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼԻ Ա/Զ-Ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Resonance	Resonance	r14o TE+DP OAE	M.R.S. Srl	Օտոակուստիկ Էմիսիայի սկրինինգային և ախտորոշիչ թեստավորման սարք (OAE) Նախատեսված TEOAE-ի և DPOAE-ի սքրինինգ և ախտորոշիչ չափումների համար Արագ ավտոմատ թեստավորում Pass SNR արդյունքով Հիվանդի և չափումների վերաբերյալ տեղեկատվություն ցուցադրելու համար գունավոր LCD դիսփլեյի Արդյունքների գրաֆիկական ցուցադրման հնարավորություն Բարձր աղմուկի մեջ՝ նորմալ կլինիկական միջավայրում շահագործման համար

					Ծրագրակազմ թեստավորման և հիվանդի տվյալների գրանցման, պահպանման և տպելու համար՝ համատեղելի windows 10 և ավելի թարմ համակարգերի հետ Լեզուներ՝ անգլերեն և ռուսերեն Հիշողությունը 1,000 թեստի համար Համակարգչային ինտերֆեյս՝ USB, տվյալների անլար փոխանցում համակարգչի ծրագրակազմին Մարտկոցի աշխատաժամանակակից 3 ժամ շարունակական աշխատանք մեկ լիցքավորման համար Էլեկտրասնուցումը՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց և վերալիցքավորվող մարտկոց Լիցքավորիչի առկայություն Ներկառուցված USB միացում՝ մարտկոցը լիցքավորելու և համակարգչի հետ հաղորդակցվելու համար: Չափման տեսակները Օտոակուստիկ ճառագայթումներ, որոնք առաջացնում են տատանումներ (DPOAE) Կարճաժամկետ առաջացած օտոակուստիկ էմիսիա (TEOAE) Հաճախականության տիրույթ. Սկրինինգային տարբերակ. DPOAE: 1,5 Կհց-ից 6,0 Կհց միջակայքում TEOAE: 1,0 Կհց-ից մինչև 4,0 կՀց
--	--	--	--	--	--

					միջակայքում Ախտորոշիչ տարբերակ. DPOAE: 1,5 Կհց-ից 12,0 kHz միջակայքում TEOAE: 1,0 Կհց-ից մինչև 4,0 կՀց միջակայքում Խթանիչի ինտենսիվության միջակայք. DPOAE: 30 դԲ ՁՃՄ-ից 70 դԲ ՁՃՄ տիրույթում TEOAE: 70 դԲ ՁՃՄ-ից 90 դԲ ՁՃՄ տիրույթում Միկրո-տվիչի բնութագիրը. Մալուխի երկարությունը 100 սմ Համապատասխան. Օտոակուստիկ էմիսիայի համապատասխանություն՝ IEC 60645-6, Type 2 Ազդանշանային թեստ՝ IEC 60645-1, IEC 60645-3 Անվտանգության համապատասխանությունը ստ IEC 60601-1 Այլ պայմաններ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO13485 , ISO9001 2. Բժշկական
--	--	--	--	--	--

					սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП АРЕГ АГАМЯН МАНВЕЛИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/61
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11					