

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/61/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	DrGEM	Topaz-40D, DrGEM Corporation	Topaz-40D	DrGEM Corporation	Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում, Շարժական թվային համակարգ, նախատեսված բաժանմունքից-բաժանմունք, ռեանիմացիոն բլոկ և վիրահատարան հեշտ տեղափոխման համար, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքում, պալատներում և ընդունարանում օգտագործման համար: Ելքային հզորությունը` 40 Կվտ, Բարձր լարման տիրույթը ` 40-125կՎ, mA` 10-500 մԱ տիրույթում, mAs` 0,1-500մԱՎրկ տիրույթում, ժամանակի` 0.001 - 10 վայրկյան

					միջակայքում, Անողի ջերմատվություն՝ 300kHU, Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝ (փոքր/մեծ) 0,6մմ/1,2մմ, Կոլիմատոր (մեխանիկական կոլիմատոր ներքին ինտեգրված լույսի աղբյուրով, լույսի միացման ժամանակը 30 վրկ.), Համակարգի ճիշտ դիրքավորման ռոտացիոն հնարավորությունը՝ +/-180 աստճան, Կոլիմատորի պտտման աստիճանը 120 աստճան, LED լամպ, Լազերային ցուցիչ, Չտիչ՝ 2 մմ AI համարժեք, Ռենտգեն խողովակի հավասարակշռված հենարանային թևի պտտման անկյունը իր առանցքի շուրջ՝ +/- 325 աստճան, Ֆոկուսային հետքի բարձրության միջակայքը՝ 600-1990մմ, Ռենտգեն խողովակի վերտիկալ շարժումը՝ 139սմ, Ռենտգեն խողովակի հորիզոնական շարժումը՝ 56սմ, Ռենտգեն համակարգի շարժման տեսակը՝ մոտորիզացված, Շարժման արագությունը՝ 5կմ/ժ, Ռենտգեն համակարգի մոտորիզացված շարժման և պացիենտի մոտ դիրքավորման հնարավորություն, Դետեկտոր, աշխատանքային
--	--	--	--	--	--

					կայան, Դետեկտորի չափսը՝ 43x43սմ (17x17) դյույմ, Պիքսելների մատրիցա՝ 3072x3072, Պիքսելային քայլը՝ 139 մկմ, Թողունակությունը՝ 3,6 զույգ գծեր/մմ, ինտեգրացված մոնիտոր՝ 21,5 դյույմ, հպումային, Մոնիտորի թողունակությունը՝ 1920x1080, Լերքին օպերատիվ հիշողությունը՝ 4GB, Ունի 128 ԳԲ SSD սկավառակ, Հիշողության կրիչը՝ 500GB HDD, Վերալիցքավորվող մարտկոցի (մարտկոցների) առկայություն, որն աշխատում է առանց էլեկտրականության 4 ժամ, երբ ամբողջությամբ լիցքավորված է, DICOM Store- Պատկերների ուղարկում աշխատանքային կայանի և/կամ արխիվացման համակարգին, Dicom արտահանում, Էլեկտրոսնուցում. Սնուցումը 220Վ, 50/60 Հց, Այլ պարագաներ. Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտության համար ռենտգենյան ստենդի առկայություն, Ռենտգենյան ստենդը նախատեսված է երեխաների և մեծահասակների կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտության իրականացնելու համար,
--	--	--	--	--	--

					Ռենտգենյան ստենդը նախատեսված է 17x17 դյույմ դետեկտոր տեղադրելու համար, Դետեկտորի տեղադրման մասը տարբեր չափսերի դետեկտորներ տեղադրելու հնարավորությամբ է, Դետեկտորի տեղադրման մասը շարժական վերև- ներքև ուղղություններով 90 սմ միջակայքով և ֆիքսվող անհրաժեշտ բարձրության վրա, Ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն, Վահանաձև գեղձի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն, Ճառագայթային պաշտպանության զոգնոցի առկայություն, Այլ պայմաններ. 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի և դետեկտորի համար, Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից, Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, Ապրանքը արտադրված է
--	--	--	--	--	---

					մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում, Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար և անձնակազմի պաշտպանության համար անհրաժեշտ ակվտակցության պարագաներ, ՀՀ ԱԼԼԷԱՃԱԴԲ-2025/61/1-ի նիժե չրահանգներ մրցույթի
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << АЛ-ЕАՃԱԴԲ-2025/61/1 >> представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		մասնակիցներին. Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технічні характеристики գրաղեցրած ընկերությունը
1					կներկայացնի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը: Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարբերաբար կտրամադրի տեղեկատվություն մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ, Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը սարքերի ՀՀ ներմուծման օրը կտեղեկացնի պատվիրատուին,

					Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը սարքերի արկղերը կբացի բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ, Որակի վկայականներ (առկայություն), 1. ISO 13485, 2. ISO 14001 3. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	--