

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6-ԴԵՂՈՐԱՅՔԼԲՆԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
46	Shangdong Chengwu Medical	Multi sample needle	Վակուումային փորձանոթի ստերիլ ասեղ 21G x 1 1/2": Ասեղ նախատեսված վակուումային փորձանոթներով արյուն վերցնելու համար, 21G x 1 1/2" /յուրաքանչյուր տուփում հոլդերի առկայություն/: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 4-36°C: CE (Conformité Européenne) նշանը պարտադիր է` ցանկության դեպքում CE փաստաթղթերի: Նմուշառման ասեղը և հոլդերը պետք է լինեն նույն արտադրողի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6-ԴԵՂՈՂԱՅՔԱԲՆԱ նիже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
46	Shangdong Chengwu Medical	Multi sample needle	Վակոււմային փորձանոթի ստերիլ ասեղ 21G x 1 1/2": Ասեղ նախատեսված վակոււմային փորձանոթներով արյուն վերցնելու համար, 21G x 1 1/2" /յուրաքանչյուր տուփում հոլդերի առկայություն/: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` 4-36°C: CE (Conformité Européenne) նշանը պարտադիր է` ցանկության դեպքում CE փաստաթղթերի: Նմուշառման ասեղը և հոլդերը պետք է լինեն նույն արտադրողի կողմից: