

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	MD05461	MD05461	Class A β-լակտամազ (blaGES) կայունության որոշման qPCR հավաքածու in vitro հայտնաբերում Class A β-լակտամազ (blaGES) գենի հաջորդականություններ, որոնք կապված են հակաբիոտիկային կայունության հետ: Probe-հիմնված քվանտիտատիվ ՊՇՌ (qPCR): Թեստի տեսակ: որակական (Qualitative), նախատեսված չէ քանակական չափման համար: Որոնման պրոֆիլ: լայն ընդգրկում ($\gg 95\%$ հոմոլոգիա) կլինիկապես կարևոր blaGES տարբերակների համար: Ներքին վերահսկում: Ներառված է ԴՆԹ ներքին էքստրակցիայի վերահսկողություն (IEC): Lyophilized (չորացրած) ռեագենտներ: Պահպանման պայմաններ: -85°C-ից մինչև -15°C: Առնվազն 12 ամսվա պիտանելիության ժամկետի առկայություն հանձնելու պահին: Պրոտոկոլի ժամանակ: մոտ 60 րոպե (նուկլեինաթթվի էքստրակցիայից մինչև արդյունք): Համատեղելի է բոլոր ստանդարտ իրական ժամանակի ջերմային ցիկլերների հետ: Հավաքածուն պետք է ներառի հետևյալ ռեագենտները կամ դրանց համարժեքները: qPCR Մաստեր միքս Lyo PPMix (10x) Ոչ շաբլոնային ստուգիչ (NTC) Դրական

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	MD05461	MD05461	Class A β-լակտամազ (blaGES) կայունության որոշման qPCR հավաքածու in vitro հայտնաբերում Class A β-լակտամազ (blaGES) գենի հաջորդականություններ, որոնք կապված են հակաբիոտիկային կայունության հետ: Probe-հիմնված քվանտիտատիվ ՊՇՌ (qPCR): Թեստի տեսակ: որակական (Qualitative), նախատեսված չէ քանակական չափման համար: Որոնման պրոֆիլ: լայն ընդգրկում (»95% հոմոլոգիա) կլինիկապես կարևոր blaGES տարբերակների համար: Ներքին վերահսկում: Ներառված է ԴՆԹ ներքին էքստրակցիայի վերահսկողություն (IEC): Lyophilized (չորացրած) ռեագենտներ: Պահպանման պայմաններ: -85°C-ից մինչև -15°C: Առնվազն 12 ամսվա պիտանելիության ժամկետի առկայություն հանձնելու պահին: Պրոտոկոլի ժամանակ: մոտ 60 րոպե (նուկլեինաթթվի էքստրակցիայից մինչև արդյունք): Համատեղելի է բոլոր ստանդարտ իրական ժամանակի ջերմային ցիկլերների հետ: Հավաքածուն պետք է ներառի հետևյալ ռեագենտները կամ դրանց համարժեքները: qPCR Մաստեր միքս Lyo PPMix (10x) Ոչ շաբլոնային ստուգիչ (NTC) Դրական

