

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ձեներալ Սիսթեմս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/200 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ցենտրիֆուգ 6 x1000 մլ	Ցենտրիֆուգ 6 x1000 մլ	Ցենտրիֆուգ 6 x1000 մլ	Ցենտրիֆուգ 6 x1000 մլ	"Ցենտրիֆուգ" մինչև 6 լիտր տարողությամբ ռոտորով, որը լայնորեն կիրառվում է կենսադեղագործության և ակադեմիական հետազոտությունների ոլորտներում: Այն կարևոր դեր է խաղում մակրոմոլեկուլային սպիտակուցների և մանրէների նմուշների սպիտակուցների հավաքման, բաժանման և մաքրման գործընթացներում: Առավելագույն տարողունակություն (մլ) 6*1000, Արագության միջակայք (պտույտ/րոպե) 500-10,000

						Առավելագույն RCF 18,590 (xg) Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք (°C)-20~40, կարգավորվող 1-ի համար, Սնուցման աղբյուր (V/Hz) 400V 3N~50/60Hz, Հզորություն (W) 8800, Արտաքին չափսեր (Լայնություն*Խոր ություն*Բարձրություն) (մմ) մոտավորապես 740*920*990, Չուտ քաշ (կգ) մոտավորապես 380, Փաթեթավորման չափսեր (Լայնությո ւն*Խորություն*Բարձրություն) (մմ) մոտավորապես 940*1150*1270, Ծանրության ցածր կենտրոնի դիզայն, ամպլիտուդը 0.05 մմ-ից պակաս, ապահովելով կայուն աշխատանք և լավ կենտրոնախույս ազդեցություն Օպտիմալացված բազմաշերտ ցնցումների կլանման տեխնոլոգիան ապահովում է ձայնի մակարդակը ≤ 63 (dB (A)) Ռադիոհաճախականության ռոտորի ավտոմատ նույնականացում (RFID), որը հնարավորություն է տալիս անմիջապես նույնականացնել Ռոտորը ցենտրիֆուգի խցիկում անվտանգ տեղադրելուց հետո: Կոռոզիայի դիմադրությունը և բարձր ամրությունը կարող են
--	--	--	--	--	--	--

						ապահովել ռոտորի անվտանգությունն ու դիմացկունությունը: Ռոտոր մեծ, 1 հատ (sealed)՝ համատեղելի ցենտրիֆուգի հետ: Առավելագույն տարողություն (մլ)՝ 6x1000: Առավելագույն արագացում RCF (xg)՝ 14,472: Առավելագույն արագություն (պտույտ/րոպե)՝ 8,000: Ներառված է ցենտրիֆուգման տարա, քանակը՝ 12 հատ: Ցենտրիֆուգի տարայի առավելագույն չափերը մոտ ($\emptyset$ x բարձրություն, մմ)՝ 97.5*196, համապատասխան ռոտորին: Տարայի տեսակ՝ հարթահատակ: Տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից համապատասխան մասնագետի կողմից: Երաշխիք 1 տարի: Առկա է ապրանքի արտադրողի հավաստագիր: Պետք է լինի 2025 թվականի արտադրության և համապատասխանի ISO9001, ISO13485:2016, ISO14001, TUV, FDA միջազգային ստանդարտներին: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով
--	--	--	--	--	--	---

					մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առնվազն 24 ժ առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը"
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Дженерал Системс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦДЦПЗР-25/200 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					