

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
46	Centrifuge tube 15ml EO sterile, DNase/RNase Free	Hunan Bkmam International trade Co. Ltd	"Ցենտրիֆուգի սրվակ (15 mL)՝ կափարիչով, ստերիլ Նախատեսված է կենսաբանական, քիմիական և մոլեկուլային կենսաբանության նմուշների հավաքման, պահպանման և ցենտրիֆուգացման համար: Ծավալ: 15 մԼ Նյութ: կենսաբանական և քիմիական անփոփոխ պլաստիկ, առանց վնասակար նյութերի Կափարիչ: ամուր, ճշգրիտ ամրացում՝ կանխելու արտահոսք և ներթափանցում Ստերիլություն: ստերիլ, պատրաստ օգտագործման, անցել է ախտահանում Ձերմաստիճանի դիմադրություն: հարմար սառեցման, սառնարանային պահեստավորման և ցենտրիֆուգացման գործընթացների համար Փաթեթավորում: առնվազն 100 հատ մեկ տուփում Սպառողական նշում: մեկանգամյա օգտագործման համար, կրկնակի օգտագործումը արգելվում է առանց համապատասխան ախտահանման

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQ4C-ECXU72P-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
46	Centrifuge tube 15ml EO sterile, DNase/RNase Free	Hunan Bkmam International trade Co. Ltd	"Центрифужная пробирка (15 mL) с крышкой, стерильная Предназначена для сбора, хранения и центрифугирования биологических, химических и молекулярно-биологических образцов. Объем: 15 мл Материал: биологически и химически инертный пластик, без вредных веществ Крышка: прочная, с плотным закрытием для предотвращения протекания и проникновения Стерильность: стерильная, готова к использованию, прошла дезинфекцию Устойчивость к температурам: подходит для замораживания, хранения в холодильнике и центрифугирования Упаковка: не менее 100 шт. в одной коробке Примечание: одноразового использования, повторное использование запрещено без соответствующей дезинфекции