

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՏԵՆՏԻՎՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Արյան հոսքային գիծ	Արյան հոսքային գիծ	Արյան հոսքային գիծ	Արյան հոսքային գիծ	Արյունատար գծեր (զարկերակ- անոթ լրակազմ): Պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծը 8(±0.1)մմ, երակային օդածուղակի տրամագիծ 22մմ, լցման ծավալը 161մլ ±10%, մանրեազերծման մեթոդը՝ ճառագայթմամբ մանրեազերծում, պետք է չպարունակի լատեքս: Գործող Dialog Plus և AK98 սարքերի հետ համատեղելի: ISO 13485 և CE Mark 93/42 կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային

					նշանը/մոդելը/ արտադրողը B.Braun DiaStream կամ Baxter կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical կամ Baihe Medical: Հանձնման պահին պիտանիության ժամկետը առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					