

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Baxter կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical	Baxter կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical	Baxter կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical	Baxter կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical	Արյունատար գծեր (զարկերակ- անոթ լրակազմ): Պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծը 8(±0.1)մմ, երակային օդածուղակի տրամագիծ 22մմ, լցման ծավալը 161մլ ±10%, մանրեազերծման մեթոդը՝ ճառագայթմամբ մանրեազերծում, պետք է չպարունակի լատեքս: Գործող Dialog Plus և AK98 սարքերի հետ համատեղելի: ISO 13485 և CE Mark 93/42 կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային

					նշանը/մոդելը/ արտադրողը B.Braun DiaStream կամ Baxter կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical կամ Baihe Medical: Հանձնման պահին պիտանիության ժամկետը առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22040404-000000000-26/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					