

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Allmed Medical GmbH կամ Baxter Polyflux կամ Lepu Medical կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical:	Allmed Medical GmbH կամ Baxter Polyflux կամ Lepu Medical կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical:	Allmed Medical GmbH կամ Baxter Polyflux կամ Lepu Medical կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical:	Allmed Medical GmbH կամ Baxter Polyflux կամ Lepu Medical կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical:	Մեմբրանի արդյունավետ մակերեսը՝ 2,2 (± 0.1)մ² : Մեմբրանի(թաղանթի) նյութը՝ սինթետիկ (Polyethersulfone կամ Helixone) թաղանթի հաստությունը 30-40մկմ, ներքին տրամաչափը 200մկ $\pm 10\%$, լցման ծավալը ոչ պակաս քան 137մլ: Մանրեազերծման մեթոդը գոլորշիով կամ գամմա ճառագայթմամբ: Գերզտման գործակիցը ոչ ավել քան 33 մլ/ժամ/մմ սնդ.սյուն: Կլիրենս (300 մլ/րոպե): Միզանյութը 200 - 400; կրեատինինը 192 -2 80; վիտամին Բ 12- 150-223, ֆոսֆատը

				183-272: Գործող Dialog Plus և AK98 սարքերի հետ համատեղելի: ISO 13485 և CE Mark 93/42 կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Ապրանքային նշանի առկայություն: Ապրանքային նշանը/մոդելը/արտադրողը Baxter Polyflux կամ Allmed Medical GmbH կամ Lepu Medical կամ Vital Healthcare կամ Bain Medical: Հանձնման պահին պիտանիության ժամկետը առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22020404-000000000-26/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					