

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Մեդ Զեփիթ» ՍՊԸ -ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
91	Baihe Medical	Baihe Medical	.	Guangdong Baihe Medical Technology Co., LTD	Կազմված են զարկերակային (կարմիր) և երակային (կապույտ) գծերից՝ համապատասխան գունավորմամբ Չարկերակային և երակային գծերի ճնշման չափման գծեր՝ հիդրոֆոբ ֆիլտրերով Չարկերակային հատվածում՝ օդածուղակ Չարկերակային հատվածում՝ հեպարինիզացիայի համար նախատեսված առանձին խողովակ իր փականով Երակային գծի վերջում՝ ստերիլ տոպրակ խողովակները՝ փափուկ, թափանցիկ, հարթ և չխճճվող, պատրաստված DEHP Free նյութից

					Պոմպային հատվածի չափսեր՝ 8×12×350 մմ Երակային օդածուղակի տրամագիծ՝ 22 մմ Լցման ծավալ՝ 160 մլ ±10% Համատեղելիություն՝ Gambro AK98/FMC 2008-4008/B.BRAUN DIALOG սարքեր Մանրեագերծում՝ գամմա ճառագայթով Աշխատանքի ճնշում՝ դրական մինչև 500 մմ սս, բացասական մինչև -500 մմ սս Արյան առավելագույն հոսքագծի արագություն՝ մինչև 500 մլ/րոպե Սերտիֆիկատներ՝ CE Mark 93/42/EEC կամ համարժեք FDA որակի վկայական, ISO 13485:Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<Мед Кепитл>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECXCTQF-26/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
91	Baihe Medical	Baihe Medical	.	Guangdong Baihe Medical Technology Co., LTD	Состоит из артериальной (красной) и венозной (синей) линий соответствующей окраски. Линии измерения давления в артериальной и венозной линиях с гидрофобными фильтрами. В артериальной части: шлюз. В артериальной части: отдельная трубка для гепаринизации с клапаном. На конце венозной части: стерильный пакет. Трубки: мягкие, прозрачные, гладкие и неспутывающиеся, изготовлены из материала, не содержащего ДЭГФ. Размеры насосной части: 8×12×350

					мм. Диаметр венозной шлюзовой камеры: 22 мм. Объем наполнения: 160 мл $\pm$10% Совместимость: с устройствами Gambro AK98/FMC 2008-4008/B.BRAUN DIALOG. Стерилизация: гамма-излучением. Рабочее давление: положительное до 500 мм рт. ст., отрицательное до -500 мм рт. ст. ss Максимальная скорость кровотока: до 500 мл/мин Сертификаты: CE Mark 93/42/EEC или эквивалентный сертификат качества FDA, ISO 13485
--	--	--	--	--	--