

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱԴՁԲ-26/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
45	Medtronic/Covidien	Covidien	Covidien	Medtronic/Covidien	Տեղադրում է կեռերի երկակի շարված շարքերից բաղկացած շրջանաձև կար և կտրում է ավելորդ հյուսվածքը՝ ձևավորելով շրջանաձև անաստոմոզ: Կարելուց հետո ապահովում է սարքի հեշտ հեռացումը անաստոմոզի հատվածից՝ առանց կիրառվող շրջանաձև կեռիկի կարի վնասվածքի: Սարքի փակման գունավոր ցուցիչի պատուհանի առկայություն: Սարքը փակ դիրքում տեղադրում է նախապես որոշված բարձրության կեռիկներ: Կեռի կարի տրամագիծը որոշվում է ընտրված

					գործիքի չափերով` 2 երկարությամբ` 22 սմ - ստանդարտ չափս և 35 սմ - երկարացված չափս XL, գլխիկը ծալվող: Սարքը լրացված է 26 կեռիկով, որոնք դասավորված են շրջանագծով` 2 շարքով` շախմատի տախտակի նախշով: Միանգամյա օգտագործման, մատակարարվում է ստերիլ: Չափս-28 մմ տրամագծով շրջանաձև, կոր, կեռիկով կտրող սարք,որը ունի հանվող գլխիկ` ցածր պրոֆիլով դիստալ մասով, գունային կոդավորմամբ և բարակ կտրվածքով միջադիրով: Բաց կեռիկի բարձրությունը 4.8 մմ է, փակինը` 2.0 մմ: Կեռիկի նյութը ՄՌՏ- համատեղելի տիտան է: Աշխատանքային մասի արտաքին տրամագիծը 28.4 մմ է, դանակի արտաքին տրամագիծը` 18.2 մմ, կոր ծողի երկարությունը` 22 սմ կամ 35սմ: Սարքը լրացված է 26 կեռիկով, որոնք դասավորված են շրջանագծով` 2 շարքով` շախմատի տախտակի նախշով: Չափս-31 մմ չափի շրջանաձև, կոր, կեռիկավոր կտրող սարք, որը չի պահանջում կեռիկի փակման բարձրության
--	--	--	--	--	---

				կարգավորում: Այն ունի հանվող գլխիկ, ցածր պրոֆիլով դիստալ մաս, գունային նշագրմամբ և բարակ կտրվածքով միջադիրով: Բաց կեռիկի բարձրությունը 4.8 մմ է, փակիկը՝ 2.0 մմ: Կեռիկի նյութը ՄՌՏ-համատեղելի տիտան է: Աշխատանքային մասի արտաքին տրամագիծը 31.5 մմ է, դանակի արտաքին տրամագիծը՝ 22.5 մմ, կոր ձողի երկարությունը՝ 22 սմ: Սարքը լրացված է 30 կեռիկով, որոնք դասավորված են շրջանագծով՝ 2 շարքով՝ շախմատային տախտակի նախշով: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72P-26/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
45					