

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՅԹԲԵՐԻ»ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
51	LIKU,ARMED	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.	Նախատեսված է արյան մեջ թթվածնի հագեցվածության աստիճանի (SPO2) և անոթազարկի հաճախականության մոնիթորինգի համար: SPO2-ի չափման միջակայքը` 70-100%, ճշգրտություն` 90%-99%, անոթազարկի չափման միջակայքը ` 30-250 bpm: Երաշխիքային ժամկետ` առնվազն 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БАЙТБЕРРИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПЗР-26/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
51			