

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱԶ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Թորակալ դրենաժ- տրոակարով	GPC կամ Steve Medical կամ Suru կամ Sterimed	GPC կամ Steve Medical կամ Suru կամ Sterimed	GPC Medical Ltd. կամ Shandong Steve Medical Technology Co., Ltd. կամ SURU International Pvt. Ltd. կամ Sterimed Group	Մետաղական կաթետր է, որը տեղադրված է տերմոպլաստիկ PVC խողովակի մեջ, պետք է ունենա ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և սմ-ային սանդղակ, ներքին ծածկույթը պետք է լինի հակաթրոմբոտիկ, չխցանվող, հարթ: Երկարությունը 40սմ, չափսը 24CH 8մմ, 28CH 9.3մմ: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սուրեն Հափորյան Գուրգենի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/08
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36					