

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-117/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Օրինակելի, չափիչ միջոցների ստուգաչափման, ճշգրտման, կարգավորման և տրամաչափարկման համար: - Չափման տիրույթ - $-200 \div +962$ °C; - Տվիչի չափման տիրույթ- $-70 \div +450$ °C; - Կայունությունը- $<0,005$ °C տարին; Pt 100-ի արանքաչափիչների երկու մուտքով և ջերմադիմադրության կամ ջերմաստիճանի տարբերության չափման մեկ մուտքով: Գործող տրամաչափարկման սերտիֆիկատով, տրված 2025թ. IV եռամսյակում ԻՍՕ ԻԵԿ 17025 ստանդարտով հավատարմագրված լաբորատորիայի կողմից ՀՀ տեսակի հաստատման սերտիֆիկատով: Տրամաչափարկման սերտիֆիկատում նշված կետերը - $-40^{\circ}\text{C}/-20^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\text{C}/50^{\circ}\text{C}/70^{\circ}\text{C}/100^{\circ}\text{C}$. Լրակազմը պետք է ներառի լիցքավորման սարք, USB մալուխ, շահագործման հրահանգ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-117/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Օրինակելի, չափիչ միջոցների ստուգաչափման, ճշգրտման, կարգավորման և տրամաչափարկման համար: - Չափման տիրույթ - $-200 \div +962$ °C; - Տվիչի չափման տիրույթ- $-70 \div +450$ °C; - Կայունությունը- $<0,005$ °C տարին; Pt 100-ի արանքաչափիչների երկու մուտքով և ջերմադիմադրության կամ ջերմաստիճանի տարբերության չափման մեկ մուտքով: Գործող տրամաչափարկման սերտիֆիկատով, տրված 2025թ. IV եռամսյակում ԻՍՕ ԻԵԿ 17025 ստանդարտով հավատարմագրված լաբորատորիայի կողմից ՀՀ տեսակի հաստատման սերտիֆիկատով: Տրամաչափարկման սերտիֆիկատում նշված կետերը - $-40^{\circ}\text{C}/-20^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\text{C}/50^{\circ}\text{C}/70^{\circ}\text{C}/100^{\circ}\text{C}$. Լրակազմը պետք է ներառի լիցքավորման սարք, USB մալուխ, շահագործման հրահանգ: Образцовый, для поверки, юстировки, настройки и калибровки средств измерений. - Диапазон измерений - $-200 \div +962$ °C; - Диапазон измерений датчика - $-70 \div +450$ °C; - Стабильность $<0,005$ °C в год; Двойной вход под щупы Pt100 и одинарный под терморезисторы или измерение перепада температуры. С действующим сертификатом калибровки выданный в IV квартале 2025г. лабораторией аккредитованной по стандарту ИСО МЭК 17025 с сертификатом утверждения типа РА. Указанные точки в сертификате калибровки $-40^{\circ}\text{C}/-20^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\text{C}/50^{\circ}\text{C}/70^{\circ}\text{C}/100^{\circ}\text{C}$. В комплект поставки входит: зарядное устройство, USB кабель и руководство по эксплуатации.