

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
87	Ֆիստուլայի զարկերակային ասեղ	Ֆիստուլայի զարկերակային ասեղ	Ֆիստուլայի զարկերակային ասեղ	WEGO Blood Purification Business Group / Vital Healthcare/ Bain Medical Equipment (Gaungzhou) Co//Farmasol Tibbi Ürünler San.Tic.A.Ş./Lepu Medical Technology",	Ասեղի սիլիկոնացված մակերեսի առկայությունը Ասեղի տրամագիծը - 1,6 մմ Ասեղի Նիզակի երկարությունը (ասեղի մետաղական մասի երկարությունը) - 25 մմ Ասեղի Նիզակի ասեղի (մետաղական մասի) վրա լրացուցիչ կողային անցքի առկայությունը Գծի երկարությունը - 300 մմ Գծի վրա առկա փականի գունավոր տաբերակման առկայությունը՝ կարմիր Ախտահանում- ռադիացիոն Արտադրանքը պետք ունենա CE Mark 93/42 որակի վկայական, կամ համարժեք FDA Որակի վկայան,

					ինչպես նաև արտադրանքի ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECXU72P-26/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
87					