

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/67 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Agilent 1260 Infinity III Diode Array Detector with Max-Light cartridge Agilent 1260 Infinity III Quaternary Pump Agilent 1260 Infinity III Multicolumn Thermostat Radioactivity Detector Software Elysia-raytest Automated Column Switch with Lead Shielding Controlled	G7111B G7115A with Max-Light cartridge G7116A Agilent 1260 Infinity III Diode Array Detector WR (G7115A) Agilent 1260 Infinity III Quaternary Pump (G7111B) Agilent 1260 Infinity III Multicolumn Thermostat (G7116A) Radioactivity	G7111B G7115A with Max-Light cartridge G7116A Agilent 1260 Infinity III Diode Array Detector WR (G7115A) Agilent 1260 Infinity III Quaternary Pump (G7111B) Agilent 1260 Infinity III Multicolumn Thermostat (G7116A) Radioactivity	Agilent Technologies Elysia-raytest	Բարձրաարդյունավետ հեղուկային քրոմատոգրաֆ. ԲԱՀՔ պոմպ՝ 600 բար ճնշմամբ Ներկառուցված՝ 4-ալիքանի դեգազացիոն միավոր Ալիքների քանակը՝ 4 Ներքին ծավալը յուրաքանչյուր ալիքի համար՝ 1.5 մլ Ներառում է քառակի պոմպ, միացման կապիլյարներ, լուծիչների շփակներ և CAN մալուխ Հոսքի կարգավորվող արագությունը՝ 0.001 - 10 մլ/րոպե միջակայքում և 0,001 աճով Քառակի պոմպերի լվացման համակարգ (Seal Wash) Գրադիենտի ձևավորում՝ ցածր ճնշման քառակի խառնման

	by GINA-X Station Management and Chromatography Software HPLC Columns Elysia-raytest POMO Nova radio-HPLC detector GINA-X Chromatography Software and HPLC Station Management for Agilent HPLC - On-Site Services Installation, Training, IQ/OQ For all Elysia-raytest and Agilent HPLC components	Detector Software Elysia-raytest Automated Column Switch with Lead Shielding Controlled by GINA-X Station Management and Chromatography Software HPLC Columns Elysia-raytest POMO Nova radio-HPLC detector GINA-X Chromatography Software and HPLC Station Management for Agilent HPLC - On-Site Services Installation, Training, IQ/OQ For all Elysia-raytest and Agilent HPLC components	Detector Software Elysia-raytest Automated Column Switch with Lead Shielding Controlled by GINA-X Station Management and Chromatography Software HPLC Columns Elysia-raytest POMO Nova radio-HPLC detector GINA-X Chromatography Software and HPLC Station Management for Agilent HPLC - On-Site Services Installation, Training, IQ/OQ For all Elysia-raytest and Agilent HPLC components	եղանակով / գրադիենտային հնարավորություններ՝ արտոնագրված բարձրարագ համամասնիչ փականի միջոցով Մեխանիկական ներարկիչի առկայություն 600 բար ներարկման փականով, 20 մկլ նմուշի համար Դետեկտորի առկայություն 190-950 նմ միջակայքում ալիքի երկարությամբ Ազդանշանների քանակը՝ 8 Հայտնաբերման տեսակ՝ 1024-տարրով ֆոտոդիոդային զանգված Լույսի աղբյուր՝ Դեյտերիումի և վոլֆրամի լամպեր Տվյալների առավելագույն արագությունը՝ 120 Հց (սպեկտր և ազդանշան) Կարճաժամկետ ազդանշան աղմուկ (ASTM) 10 մմ Max-Light քարթիջային կյուվետով՝ $< \pm 3 \cdot 10^{-6}$ AU 230 նմ ալիքի երկարության և 4 մմ ճեղքի լայնության պայմաններում Դրեյֆ՝ $< 0.4 \cdot 10^{-3}$ AU/ժ 230 նմ ալիքի երկարության պայմաններում Max-Light քարթիջային կյուվետով Գծային կլանման միջակայքը՝ $> 2,0$ AU (5 %) 265 նմ, սովորաբար 2,5 AU (5 %) Ալիքի երկարության միջակայքը՝ 190 -950 նմ Ալիքի
--	--	--	--	--

					երկարության ճշտություն՝ ± 1 սմ /ինքնաստուգում դեյտերիումային գծերով և հոլմիումի օքսիդի ֆիլտրերով/ Ալիքի երկարության ճշգրտություն՝ $< \pm 0,1$ սմ Ալիքի երկարության հավաքում՝ 1-400 սմ միջակայքում, 1 սմ քայլերով Ճեղքի լայնությունը՝ 1; 2, 4, 8 սմ և 16 սմ Դիողի լայնությունը՝ ~ 1 սմ Ծրագրավորվող ալիքի երկարություն, բևեռականություն, առավելագույն լայնություն, լամպի թողունակություն, ավտոմատ հավասարակշռություն, ալիքի երկարություն տիրույթ, շեմ, սպեկտրային պահպանման ռեժիմ Բազմաաշտարակային թերմոստատ ներառյալ. Փականային շարժիչ, փականային գլխիկ, միացման հավաքածու Ջերմաստիճանի միջակայք՝ $10^{\circ}\text{C} - 85^{\circ}\text{C}$, կարգավորելի 0.1°C քայլերով 4 աշտարակի հնարավորություն՝ 300 մմ երկարությամբ, գումարած միացման կցամասեր, նախաաշտարակ Աշտարակների համար նախատեսված թերմոստատի առկայություն՝ յուրաքանչյուր աշտարակի
--	--	--	--	--	--

						առանձին ջերմաստիճանային կարգավորմամբ 4 աշտարակային ընտրող փական (selector valve) յուրաքանչյուր աշտարակի հասանելիության համար՝ առանց կրկնակի փոխարինման Կապիլյարների և միացման հավաքածուների առկայություն Ռադիացիոն պաշտպանված աշտարակային փոխարկիչ (Switch) ներառյալ. ԲԱՀՔ աշտարակների հեշտ ընտրություն համակարգչային կառավարմամբ Աշտարակների կապարե պաշտպանվածության առկայություն Ամբողջական թվային կառավարում Gina 10.x ծրագրային ապահովմամբ 1-6 աշտարակների ընտրության թվային հնարավորություն 1/16" միացումներ՝ 0.40 մմ անցքով Աշտարակների տեղադրում ստանդարտ 1/16" միակցիչների և ստանդարտ ԲԱՀՔ խողովակների միջոցով (պլիեթերկետոն, չժանգոտվող պողպատից) Փականի ճնշումը 350 բար Համատեղելի 300 մմ երկարության (առանց նախաաշտարակի) և 5 մմ տրամագծով աշտարակի հետ
--	--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-11-1025/67-2025/67 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Կառավարելի Gina 10.x ծրագրային ապահովումով ԲԱՀՔ աշտարակներ ներառյալ. ԲԱՀՔ աշտարակ 18F-PSMA-1007-ի համար՝ մասնիկի չափ 2,7 մկմ, ծակոտիների չափ 160 Å (անգստրեմ), հեղուկ քրոմատոգրաֆիայի աշտարակ՝ 100 մմ երկարությամբ և 2,1 մմ տրամագծով ԲԱՀՔ աշտարակ 18F-FMISO ռադիոֆարմապրեպարատի համար՝ մասնիկի չափ 3 մկմ, C18, ծակոտիների չափ 100 Å, հեղուկ քրոմատոգրաֆիայի աշտարակ՝ 100 մմ երկարությամբ և 4,6 մմ տրամագծով ԲԱՀՔ աշտարակ 18F-FLT և 18F-FET ռադիոֆարմապրեպարատների համար՝ ծայրային կափարիչով բևեռային ներդրված C18 ամորֆ օրգանոսիլիկատային պոլիմեր 5 մկմ մասնիկի չափերով, 250 մմ երկարությամբ և 4,6 մմ տրամագծով: ԲԱՀՔ աշտարակ 18F-DOPA և 18F-FET ռադիոֆարմապրեպարատների համար՝ խիռալ աշտարակ նախատեսված օպտիկական իզոմերների բաժանման համար՝ CR(+), 5 մկմ մասնիկի չափերով, 150
Номер лота			Предлагаемый товар		ժամկետային աշտարակ 18F-PSMA-1007-ի համար՝ մասնիկի չափ 2,7 մկմ, ծակոտիների չափ 160 Å (անգստրեմ), հեղուկ քրոմատոգրաֆիայի աշտարակ՝ 100 մմ երկարությամբ և 2,1 մմ տրամագծով ԲԱՀՔ աշտարակ 18F-FMISO ռադիոֆարմապրեպարատի համար՝ մասնիկի չափ 3 մկմ, C18, ծակոտիների չափ 100 Å, հեղուկ քրոմատոգրաֆիայի աշտարակ՝ 100 մմ երկարությամբ և 4,6 մմ տրամագծով ԲԱՀՔ աշտարակ 18F-FLT և 18F-FET ռադիոֆարմապրեպարատների համար՝ ծայրային կափարիչով բևեռային ներդրված C18 ամորֆ օրգանոսիլիկատային պոլիմեր 5 մկմ մասնիկի չափերով, 250 մմ երկարությամբ և 4,6 մմ տրամագծով: ԲԱՀՔ աշտարակ 18F-DOPA և 18F-FET ռադիոֆարմապրեպարատների համար՝ խիռալ աշտարակ նախատեսված օպտիկական իզոմերների բաժանման համար՝ CR(+), 5 մկմ մասնիկի չափերով, 150
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					

մմ երկարությամբ և 4 մմ տրամագծով Ռադիոդետեկտոր ներառյալ. Բարձր զգայունության դետեկտոր ռադիոակտիվության գրանցման համար, արտաքին ռադիոպաշտպանվածությամբ Հոսքային բջջի ծավալը՝ 5 մկլ 18F, C-11, Ga-68, N-13, Cu-64, ինչպես նաև Lu-177, Y-90, I-131 և այլ իզոտոպների հայտնաբերման ունակություն Ֆոնային ամուկը մաքսիմալ ցածր, ներկառուցված ԲԱՀՔ համակարգի ստորին հատվածում Այլ բնութագրեր. Բարձր զգայունություն, ֆոնային աղմուկ ≤ 1 cps Գրանցման արագություն՝ 0-1,000,000 cps Գծայնություն՝ 0-600,000 cps, $r^2 \geq 0.99$ 2գայունություն՝ LOQ 350 Բք (Ga-68) Տվյալների ելքեր՝ USB, Ethernet Հոսքային բջջի ծավալը՝ 5 մկլ Ծրագրային կառավարում. Հեղուկ քրոմատոգրաֆի, DAD, MWD, UV, RID, CCD դետեկտորների ավտոմատ կառավարում Պիկերի ավտոմատ և մեխանիկական ինտեգրացիա Հոսքի կարգավորում, կիսատրոհման ժամանակի կորրեկցիա Ռադիոազդանշանի թվային

					գրանցում Համակարգը ունի տվյալների արխիվացիայի հնարավորություն Լրակազմ և պարագաներ. Սարքավորման տեղադրում, մեկնարկ և աշխատակիցների 4-օրյա ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Օգտագործողի ձեռնարկները, տեխնիկական և սպասարկման ձեռնարկները, թղթային և էլեկտրոնային պատճենները, կ տրամադրվեն հայերեն; անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով: Երաշխիքային սպասարկում. 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի համար Սարքավորման խափանման դեպքում վերանորոգում 10 օրվա ընթացքում: Երաշխիքի ընթացքում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից 6 ամիսը մեկ անգամ պրոֆիլակտիկ տեխնիկական սպասարկման իրականացում Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման իրականացում անհրաժեշտ պահեստամասերի
--	--	--	--	--	---

				պարտադիր փոխարինմամբ Այլ պայմաններ. Համակարգը կլինի ամբողջությամբ նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Համապատասխանում է IEC 61010-1 ստանդարտին Համապատասխանում է IEC 61326 ստանդարտին Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO 13485 2. ISO 9001 3. ISO 27001 4. ISO 14001 5. GMP/GLP համապատասխանություն
--	--	--	--	--