

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱԶ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	-	-	-	Թոքերի արհեստական շնչառական սարք, թթվածնի ցածր ճնշումով դյուրակիր Պետք է նախագծված լինի հիվանդների տեղափոխման չափանիշներին համապատասխան Պետք է նախատեսված լինի նորածինների, մանկաբուժական հիվանդների և մեծահասակների համար Գրաֆիկական դիսփլեյի առկայություն Պետք է ունենա ներկառուցված մարտկոց, որը կապահովի ԹԱԾ-ի ոչ պակաս քան 2,5 ժամ ամբողջական աշխատանք Ոչ պակաս քան MV, SIMV, CPAP և ձեռքով ռեժիմների առկայություն

Տուրբինային կամ այլ ձևով թթվածնային կոնցենտրացիայի կարգավորման հնարավորությամբ Պետք է կարողանա աշխատել առանց թթվածնի FiO_2 ոչ պակաս քան 21-100% միջակայքում Պետք է կարողանա աշխատել բարձր և ցածր հոսքի թթվածնով Շնչառական ծավալը՝ ոչ պակաս քան 50 - 1500 մլ տիրույթում I:E հարաբերակցությունը ոչ պակաս քան 4:1 - 1:8 տիրույթում PEEP. ոչ պակաս քան 0 - 30 սմ H_2O միջակայքում Տրիգերի զգայունությունը ոչ պակաս քան -0,5-ից -6,0 սմ H_2O միջակայքում Շնչառական հաճախությունը. ոչ պակաս քան 2-60 շնչ/րոպե միջակայքում Ահագանգեր Լուսային և ծայնային ազդանշաններ Համակարգը թույլ է տալիս անջատել ահագանգերը Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը
--

				ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ մեծահասակների և երեխաների համար բազմակի օգտագործման շնչառական խողովակներ, դիմակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, սարքը թթվածնի բալոնին միացնելու համար նախատեսված խողովակ՝ ոչ պակաս քան 2 մ, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն): Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սուրեն Հալոբյանի Գուրգենի ԱԶ ԿԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱԶԱՊԶԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					