

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Լաբորատոր թթվահիմնային վերլուծիչ	Biobase	Biobase	BIOBASE BIOTED CO.,LTD	Լաբորատոր թթվահիմնային վերլուծիչ Չափվող պարամետրերը առնվան PH, ջերմաստրճան °C և °F Չափման տիրույթները PH համար 0-14, ջերմաստրճանի համար 0-60°C / 32-140°F Ճշտությունը՝ PH համար ±0,05, ջերմաստրճանի համար ±1 2 կետանոց կոճակով կարգաբերումով ` ավտոմատ բուժերային ճանաչմամբ: Արտաբերումը Ներկառուցված Էկրանին Պահելու գործառույթի առկայություն, սառեցնում է չափված ընթացիկ արժեքը՝ հեշտ դիտման և գրանցման համար: Ավտոմատ անջատման

				գործառույթ Էլեկտրոդների տիպը փոխարինվող, սպասարկման և փոխարինման ծախսերը նվազեցնելու համար: Ներկառուցված կամ հեշտ փոխարինվող մարտկոցով, աշխատանքային առնվազն 150 ժամ կյանքով PH բոլոֆերներով, առնվազն 3 տիպի՝ 4.01, 7, 10.01 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Որակի և համապատասխանության վկայականները՝ առնվազն ISO13485, CE կամ FDA կամ MDR,
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕЦԱՊՁԲ 2025-43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Լաբորատոր թթվահիմնային վերլուծիչ	Biobase	Biobase	BIOBASE BIOTED CO.,LTD	Լաբորատոր թթվահիմնային վերլուծիչ Չգափվող պարամետրերը առնվազն PH, ջերմաստրճան $^{\circ}\text{C}$ և $^{\circ}\text{F}$ Չափման տիրույթները PH համար 0-14, ջերմաստրճանի համար 0-60 $^{\circ}\text{C}$ / 32-140 $^{\circ}\text{F}$ Ճշտությունը՝ PH համար $\pm 0,05$, ջերմաստրճանի համար ± 1 2 կետանոց կոճակով կարգաբերումով՝ ավտոմատ բուժերային ճանաչմամբ: Արտաբերումը ներկառուցված էկրանին Պահելու գործառույթի առկայություն, սառեցնում է չափված ընթացիկ արժեքը՝ հեշտ դիտման և գրանցման համար: Ավտոմատ անջատման

				գործառույթ Էլեկտրոդների տիպը փոխարինվող, սպասարկման և փոխարինման ծախսերը նվազեցնելու համար: Ներկառուցված կամ հեշտ փոխարինվող մարտկոցով, աշխատանքային առնվազն 150 ժամ կյանքով PH բոլոֆերներով, առնվազն 3 տիպի՝ 4.01, 7, 10.01 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Որակի և համապատասխանության վկայականները՝ առնվազն ISO13485, CE կամ FDA կամ MDR,
--	--	--	--	--