

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Լաբորատոր խառնիչ	Biobase	Biobase	BIOBASE BIOTED CO.,LTD	Լաբորատոր խառնիչ Նախատեսված արյան նմուշների, մածուցիկ նյութերի և հեղուկ-պինդ սուսպենզիաների, արյան մակարդման և իմունային նստվածքների կանխարգելման համար, տիպը հորիզոնական Կարգաբերումը պտտվող և սեղմվող կոճակի միջոցով Ընթացիկ պարամետրերի արտաբերումը Էկրանին Արագության միջակայքը առնվազն 0-70 պ/ր Թեքության կարգաբերման միջակայքը առնվազն ± 24 աստիճան Պտտիչների քանակը առնվազն 6,

				Երկարությունը ոչ պակաս քան 280մմ, պատված փափուկ նյութով Առավելագույն բեռնվածությունը ոչ պակաս քան 4կգ Ժամանակի կարգաբերման տիրույթը առնվազն 1-1199ր Աշխատանքային ռեժիմները առնվազն շարունակական և Ժամանակային Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Որակի և համապատասխանության վկայականները՝ առնվազն ISO13485, CE կամ FDA կամ MDR,
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕЦАУՊԶԲ 2025-43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Լաբորատոր խառնիչ	Biobase	Biobase	BIOBASE BIOTED CO.,LTD	Լաբորատոր խառնիչ Նախատեսված արյան նմուշների, մածուցիկ նյութերի և հեղուկ-պինդ սուսպենզիաների, արյան մակարդման և իմունային նստվածքների կանխարգելման համար, տիպը հորիզոնական Կարգաբերումը պտտվող և սեղմվող կոճակի միջոցով Ընթացիկ պարամետրերի արտաբերումը Էկրանին Արագության միջակայքը առնվազն 0-70 պ/ր Թեքության կարգաբերման միջակայքը առնվազն ± 24 աստիճան Պտտիչների քանակը առնվազն 6,

				Երկարությունը ոչ պակաս քան 280մմ, պատված փափուկ նյութով Առավելագույն բեռնվածությունը ոչ պակաս քան 4կգ Ժամանակի կարգաբերման տիրույթը առնվազն 1-1199ր Աշխատանքային ռեժիմները առնվազն շարունակական և Ժամանակային Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Որակի և համապատասխանության վկայականները՝ առնվազն ISO13485, CE կամ FDA կամ MDR,
--	--	--	--	--