

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Թոքերի արհեստական շնչառական սարք, թթվածնի ցածր ճնշումով, ոչուրակիր	Թոքերի արհեստական շնչառական սարք, թթվածնի ցածր ճնշումով, ոչուրակիր	Թոքերի արհեստական շնչառական սարք, թթվածնի ցածր ճնշումով, ոչուրակիր	Թոքերի արհեստական շնչառական սարք, թթվածնի ցածր ճնշումով, ոչուրակիր	Պետք է նախագծված լինի հիվանդների տեղափոխման չափանիշներին համապատասխան Պետք է նախատեսված լինի նորածինների, մանկաբուժական հիվանդների և մեծահասակների համար Գրաֆիկական դիսփլեյի առկայություն Պետք է ունենա ներկառուցված մարտկոց, որը կապահովի ԹԱՇ-ի ոչ պակաս քան 2,5 ժամ ամբողջական աշխատանք Ոչ պակաս քան MV, SIMV, CPAP և ձեռքով ռեժիմների առկայություն Տուրբինային կամ այլ ձևով թթվածնային կոնցենտրացիայի

					կարգավորման հնարավորությամբ Պետք է կարողանա աշխատել առանց թթվածնի FiO_2 ոչ պակաս քան 21-100% միջակայքում Պետք է կարողանա աշխատել բարձր և ցածր հոսքի թթվածնով Շնչառական ծավալը՝ ոչ պակաս քան 50 - 1500 մլ տիրույթում I:E հարաբերակցությունը ոչ պակաս քան 4:1 - 1:8 տիրույթում PEEP. ոչ պակաս քան 0 - 30 սմ H_2O միջակայքում Տրիգերի զգայունությունը ոչ պակաս քան -0,5-ից -6,0 սմ H_2O միջակայքում Շնչառական հաճախությունը. ոչ պակաս քան 2-60 շնչ/րոպե միջակայքում Ահագանգեր Լուսային և ձայնային ազդանշաններ Համակարգը թույլ է տալիս անջատել ահագանգերը Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ
--	--	--	--	--	---

					նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ մեծահասակների և երեխաների համար բազմակի օգտագործման շնչառական խողովակներ, դիմակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, սարքը թթվածնի բալոնին միացնելու համար նախատեսված խողովակ՝ ոչ պակաս քան 2 մ, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն): Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-92020-2025/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					