

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՄ ՄԵԴԻԶԼ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԿՄ ՆԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/06 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի            |                     |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը         | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը      | արտադրողի<br>անվանումը    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 63                 | Թեստ-երիզներ<br>Կոնտուր Պլուս | Contour Plus        | Contour Plus | ASCENSIA Diabetes<br>Care | Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված<br>Contour Plus գլյուկոմետրի համար<br>(N50): Չափման<br>ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ:<br>Չափման միջակայքը՝ 0.6 -33.3<br>մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը՝ 0,6<br>մկլ: Աշխատանքային<br>ջերմաստիճան՝ 5-45°C:<br>Պահպանման ջերմաստիճան՝<br>0-30°C: Աշխատանքային<br>հարաբերական խոնավություն՝<br>10%-93%: Հեմատոկրիտի<br>թույլատրելի միջակայքը՝ 0 70%:<br>Գործառնական բարձրություն՝ ծովի<br>մակարդակից մինչև 6301մ: Արյան |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ծավալի անբավարարության<br/>դեպքում 30վ. ընթացքում արյուն<br/>ավելացնելու երկրորդ<br/>հնարավորություն (Second chance):<br/>Թեստ-երիզների ժամկետը չի<br/>փոխվում՝ անկախ տուփի բացման<br/>պայմանից: Համակարգը<br/>համապատասխանում է ISO<br/>15197:2013, ISO 13485:2012<br/>չափորոշիչների պահանջներին:<br/>Տվյալ համակարգը<br/>համապատասխանում է<br/>Եվրոպական դիրեկտիվի 98/79/EC<br/>IVD չափորոշիչներին:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО «АМ МЕДИКАЛ ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУ ЁРЧ-ЕЦХЦŦŦŦ-2026/06  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 63         |                           |               |       |                               |                            |