

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆժԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/64/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՉԺՀ	հեմոդիալիզի սարքեր	հեմոդիալիզի սարքեր	ՉԺՀ	Հեմոդիալիզի բազկաթոռ Բազկաթոռի դիզայնը պետք է լինի Էրգոնոմիկ և հարմարավետ պացիենտի համար Լիարժեք նստելու և պառկելու հնարավորության առկայություն Պացիենտը պետք է Էլեկտրոնային կառավարման հնարավորություն ունենա՝ բազկաթոռի հետևամասի, ոտքի հատվածի և բարձրության Վահանակից բոլոր դիրքերի կառավարման հնարավորության առկայություն Ընդհանուր չափը ոչ պակաս, քան 1900×580 մմ Բարձրության կարգաբերումը ոչ

					պակաս քան 550 մմ-ից 770 մմ միջակայքում Մեջքի հատվածի կարգաբերումը ոչ պակաս քան -10° - ից -70° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգաբերումը ոչ պակաս քան 0° - ից -50° միջակայքում Ծալովի կամ պտտվող արմնկակալների առկայություն Արմնկակալները պետք է ծալվեն այնպես, որ հիվանդը կարողանա նստել և իջնել կողմերից Բազկաթոռի մակերեսը պետք է պատրաստված լինի պատշաճ խտության նյութից (օրինակ՝ փրփուր կամ ներքնակ բարձր խտության սպունգից) Ներքնակի կամ մակերեսային նյութի հաստությունը ոչ պակաս քան 70 մմ Բազկաթոռի արտաքին մակերեսը պետք է երեսապատված լինի կաշվով կամ բարձր որակի արհեստական կաշվով և պետք է հեշտությամբ մաքրվի հիգիենիկ նպատակներով Կմախքը պետք է լինի պողպատից, ծածկը փոշեպատված, պետք է ունենա չորս պտտվող անիվներ ոչ պակաս քան 75 մմ տրամագծով, որոնցից ոչ պակաս քան երկուսը ֆիքսվող
--	--	--	--	--	---

				Պետք է դիմակայի առավելագույն ծանրությանը ոչ պակաս քան 200 կգ Պետք է ունենա սեղանիկ (tray table) Սնուցում. Սնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷՍՃԱՊՁԲ-2025/64/2
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					