

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/1-ԲՆԱ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
102	5ml PET vacuum tube with gel & clot activator	Chongqing new world Trading co. LTD	Արյան նմուշառման փորձանոթ՝ վակուումային, 5.0 մլ: Արյան նմուշառման փորձանոթ՝ վակուումային, մակարդուկ ակտիվացուցիչով և գել բաժանարարով: Փորձանոթի ծավալը՝ 5 մլ, չափսերը՝ 13 * 100 մմ: Կափարիչի գույնը՝ դեղին: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը : Փորձանոթի վրա պիտակի առկայություն՝ պացիենտի անուն/ ազգանուն, նմուշառման ամսաթիվ գրելու հնարավորությամբ: : Ֆիրմային նշանի առկայությունը փորձանոթի վրա պարտադիր է: Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics և ունենան CE (Conformité Européene) նշան: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1-ԲՆԱ1
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
102	5ml PET vacuum tube with gel & clot activator	Chongqing new world Trading co. LTD	Пробирка для взятия крови вакуумная, 5,0 мл. Пробирка для взятия крови вакуумная, с активатором и дозатором гелем. Объем пробирки 5 мл, размеры 13 * 100 мм. Цвет крышки: желтый. Объем отбора пробы должен быть отмечен на пробирке. Наличие товарного знака на пробирке обязательно. Наличие этикетки на пробирке с возможностью написания имени / фамилии пациента, даты взятия пробы. Пробирки должны быть для диагностики in vitro и иметь маркировку CE (Conformité Européene). Наличие срока годности *(см. примечание).