

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/73 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ C arm Oscar 15FD	GENORAY	Oscar 15FD	GENORAY Co.,Ltd.	Վիրաբուժական ռենտգեն համակարգ (C-Arm) Գործառնական ռեժիմներ. Ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով Իմպուլսային ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով Թվային ռադիոգրաֆիա Թվային անգիոգրաֆիա Թվային սուբտրակցիոն անգիոգրաֆիա C- Arm C-arm ազատ տարածությունը 80 սմ Ուղեծրի շարժումը 150 ° Հորիզոնական շարժումը 20 սմ Պտույտի միջակայքը 12.5°-ից մինչև -12.5° միջակայքում Ուղղահայաց շարժումը 50 սմ Ընկղման

					խորությունը 73 սմ Կողային շարժումը դեկանիվով C-arm հիմնական միավորի լայնությունը 86 սմ Ռենտգենյան գեներատոր. Նոմինալ ելքային հզորությունը 15ԿՎ ԿՎ տիրույթը ռադիոգրաֆիայի և ֆտորոսկոպիայի ընթացքում 40 կՎ- ից 120 կՎ միջակայքում Ռադիոգրաֆիա. Թվային ռադիոգրաֆիա (մԱ). 20 մԱ-ից 24 մԱ միջակայքում Էկսպոզիցիայի ավտոմատ վերահսկում Ֆլուրոսկոպիա. Տեսակները՝ պուլսային և շարունակական ֆլուրոսկոպիա Պուլսային ֆլուրոսկոպիա mA. 3 մԱ-ից 20 մԱ միջակայքում Պուլսային ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը՝ 15 պատկեր/վրկ Շարունակական ֆլուրոսկոպիա՝ 0,2 մԱ-ից 20 մԱ միջակայքում Շարունակական ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը՝ 30 պատկեր/վրկ Ռենտգենյան խողովակ. Անոդային ջերմակրությունը 300kHU Կիզակետային կետեր. փոքրը 0,3 մմ, մեծը 0,6 մմ Թիրախի անկյունը՝ ոչ պակաս քան 10° Կոլիմատոր. Պտույտը $\pm 210^{\circ}$ (420°) Հարթ
--	--	--	--	--	--

					վահանակային դետեկտոր. Դետեկտորի տեսադաշտը (ակտիվ մակերես) 11,8" x 11,8" Պիքսելային քայլը 145 մկմ Պիքսելային մատրիցան 2024 x 2024 Դետեկտիվի քվանտային արդյունավետությունը DQE(0) (DQE) 65 % Մոդուլյացիայի փոխանցման գործառույթը (MTF) 78 % Տարածական թողունակությունը 3,4 տող / մմ Թվային էկրան 43 դյույմ (3840x2160), բարձր պայծառությամբ և հակազդեցիկ ծածկույթով Պահպանման ծավալը. 2 ՏԲ Պատկերի մշակում. Աղմուկի ճնշում, հաճախականության ֆիլտրում, պտույտ, դրական / բացասական ինվերսիա Ձախ / աջ և վերև / ներքևի շրջում, հանում Էլեկտրասնուցումը` 220Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ. Ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Վահանաձև գեղձի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Ճառագայթային պաշտպանության գոգնոցի առկայություն 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի
--	--	--	--	--	--

						համար Տեղադրման աշխատանքների կկատարվեն մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Ապրանքը արտադրված է լինելու մատակարարման օրվան նախորդող 12 ամիսների ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար և անձնակազմի պաշտպանության համար անհրաժեշտ անվտանգության պարագաներ Հրահանգներ մրցույթի մասնակիցներին. Սարքի հետ կներկայացվի տեխնիկական անձնագիրը, որը կհավաստի տեխնիկական բնութագիրը Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է պարբերաբար տեղեկատվություն տրամադրել մատակարարման ընթացքի
--	--	--	--	--	--	---

					վերաբերյալ Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի ՀՀ ներմուծման օրը տեղեկացնել պատվիրատուին Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ՀՀ ԱԸԸԱԳԴԲ-2025/73 նիժե ստորագրած ընկերությունը
					պարտավոր է սարքերի արկղերը բացել բացահայտել պատվիրատուի տեխնիկական հատկությունների ներկայացուցիչների ներկայությամբ ISO 13485 ISO 14001 FDA ռենսոգեն ախտորոշման համակարգ սերտիֆիկատ
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
4	ռենսգեն ախտորոշման համակարգ	ռենսգեն ախտորոշման համակարգ	ռենսգեն ախտորոշման համակարգ	ռենսգեն ախտորոշման համակարգ	