

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Բրոնխոսկոպ	AOHUA	VBC-Q50H	Aohua Photoelectric	Բրոնխոսկոպ Բրոնխոսկոպ "AOHUA" VBC-Q50H մոդելի կամ համարժեք Սարքավորումը համատեղելի է "Գորիսի բժշկական կենտրոն" ՓԲԸ-ում (Հայաստան, Սյունիքի մարզ, քաղաք Գորիս, Գրիգոր Տաթևացու փող., 31 շենք) գոյություն ունեցող և շահագործվող "AOHUA" AQ-120 մոդելի Էնդոսկոպիկ համակարգի հետ . Աշխատանքային երկարությունը` 600 մմ Ընդհանուր երկարությունը` 870 մմ Դիստալ վերջույթի տրամագիծը` 4,9 մմ Ներդիրի հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը` 5,7 մմ

				Դաշտի խորության տիրույթը՝ 2-100 մմ Գործիքային անցքի տրամագիծը՝ 2,2 մմ Դաշտի տեսարան՝ 120o Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում Վերջույթի շեղում. Վերև/Ներքև՝ 210o/ 130o Ձախ/աջ՝ 120o/120o Էնդոսկոպի ճանաչման ֆունկցիայի առկայություն Վիդեոպրոցեսորին միացման մասը անջրաթափանց Դիստալ ծայրին ներկառուցված բարձր որակի գունավոր մատրիցա Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	Բրոնխոսկոպ	АОНУА	VBC-Q50H	Aohua Photoelectric	Բրոնխոսկոպ Բրոնխոսկոպ "АОНУА" VBC-Q50H մոդելի կամ համարժեք Սարքավորումը համատեղելի է "Գորիսի բժշկական կենտրոն" ՓԲԸ-ում (Հայաստան, Սյունիքի մարզ, քաղաք Գորիս, Գրիգոր Տաթևացու փող., 31 շենք) գոյություն ունեցող և շահագործվող "АОНУА" AQ-120 մոդելի Էնդոսկոպիկ համակարգի հետ . Աշխատանքային երկարությունը` 600 մմ Ընդհանուր երկարությունը` 870 մմ Դիստալ վերջույթի տրամագիծը` 4,9 մմ Ներդիրի հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը` 5,7 մմ

				Դաշտի խորության տիրույթը՝ 2-100 մմ Գործիքային անցքի տրամագիծը՝ 2,2 մմ Դաշտի տեսարան՝ 120o Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում Վերջույթի շեղում. Վերև/Ներքև՝ 210o/ 130o Ձախ/աջ՝ 120o/120o Էնդոսկոպի ճանաչման ֆունկցիայի առկայություն Վիդեոպրոցեսորին միացման մասը անջրաթափանց Դիստալ ծայրին ներկառուցված բարձր որակի գունավոր մատրիցա Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	---