

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Աուդիոմետր տիմպանոմետրով	Maico	Tochtymp MI 36	Maico Diagnostic	Աուդիոմետր տիմպանոմետրով Նախատեսված մեծահասակների երեխաների և նորածինների օդային և ոսկրային լսողության ստուգման, ինչպես նաև տիմպանոմետրիայի համար Տիմպանոմետրիա. Տվիչի հաճախականությունները. . հետազոտություն անցկացնելու նպատակով 2 տարբեր հաճախականությունների առկայություն 226 Հց 85 դԲԱՃՄ ± 2 դԲ 800 Հց 70,5 դԲԱՃՄ Ճնշման միջակայք. - 600-ից + 400 դեՊա միջակայքում Ճնշման ճշգրտությունը կամ ± 10 դեՊա

միջակայքում: Ծավալի միջակայքը
 0,05-ից 6,0 մլ (փոխհատուցված):
 Համապատասխանության
 միջակայք՝ 1- 7 մլ 226 Հց
 հաճախականության համար:
 Ռեակտիվ հաղորդականության
 միջակայք՝ հասանելի սանդղակները՝
 5-15 միլիսիմենս Չափման
 ժամանակը 20 վայրկյան Ակուստիկ
 ռեֆլեքս. Փորձարկման
 հաճախականությունները 0,5, 1, 2,
 4 կՀց Փորձարկման մեթոդներ
 իպսիլատերալ, կոնտրալատերալ:
 Իպսիլատերալ մակարդակը 70-ից
 100 դԲ HL միջակայքում:
 Կոնտրալատերալ մակարդակը
 70-ից 110 դԲ HL միջակայքում:
 Մակարդակի կարգավորումը
 ավտոմատ և ֆիքսված:
 Ռեֆլեքսային անկում. Ստանդարտ
 տվիչի հաճախականությունը 226 Հց
 : Փորձարկման
 հաճախականությունները 0,5, 1, 2,
 4 կՀց Իպսիլատերալ մակարդակը
 70-ից 100 դԲ HL միջակայքում:
 Կոնտրալատերալ մակարդակը
 70-ից 110 դԲ HL միջակայքում:
 Փորձարկման մեթոդները ինտակտ
 և «ծակոտկեն»: Ճնշման միջակայքը

					- 600-ից + 400 դեՊա: Աուդիոմետրիա. Փորձարկման ազդանշանները՝ սինուսային և տատանվող տոն: Փորձարկման ազդանշանների ռեժիմները՝ պուլսային և շարունակական: Օդային լսողության փորձարկման հաճախականությունները՝ 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Հց Ոսկրային լսողության թեստերի հաճախականությունները 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 Հց: Մակարդակի քայլերը 5 դԲ Օդային լսողության մակարդակի միջակայքը -10-ից 110 դԲԼՄ: Ոսկրային լսողության մակարդակի միջակայքը -10-ից 70 դԲԼՄ: Սարքի ընդհանուր բնութագրեր. Էկրանը 10 դյույմ LED, սենսորային կառավարմամբ: Համակարգչային ինտերֆեյսը USB: Ներկառուցված ջերմային տպիչ ստանդարտ աուդիոմետրիայի թղթի համար Էլեկտրամատակարարումը 220-240 Վ ± 10 %, 50/60 Հց Համապատասխանում է. Տիմպանոմետրիայի համապատասխանություն ըստ IEC
--	--	--	--	--	---

					60645-5, Տիպ 2 Առնվումներին համապատասխանություն ըստ IEC 60645-1, Տիպ 3 Անվտանգության համապատասխանություն ըստ IEC 60601-1 Կիրառելի մասերը. Տիմանումներին համապատասխանություն ըստ IEC 60645-5, Տիպ 2 Համատեղելիություն Էլեկտրամագնիսական միջավայրի հետ (EMC) ըստ IEC 60601-1-2 Այլ պայմաններ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար, այդ թվում բոլոր պարագաները օդային, ոսկրային լսողության ստուգման, ինչպես նաև տիմանումներին համար: Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO13485 կամ համարժեք: 2. Բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով
--	--	--	--	--	---

					պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	Աուդիոմետր տիմպանոմետրով	Maico	Tochtymp MI 36	Maico Diagnostic	Աուդիոմետր տիմպանոմետրով Նախատեսված մեծահասակների երեխաների և նորածինների օդային և ոսկրային լսողության ստուգման, ինչպես նաև տիմպանոմետրիայի համար Տիմպանոմետրիա. Տվիչի հաճախականությունները. . հետազոտություն անցկացնելու նպատակով 2 տարբեր հաճախականությունների առկայություն 226 Հց 85 դԲԱՃՄ ± 2 դԲ 800 Հց 70,5 դԲԱՃՄ Ճնշման միջակայք. - 600-ից + 400 դեՊա միջակայքում Ճնշման ճշգրտությունը կամ ± 10 դեՊա

					միջակայքում: Ծավալի միջակայքը 0,05-ից 6,0 մլ (փոխհատուցված): Համապատասխանության միջակայք՝ 1- 7 մլ 226 Հց հաճախականության համար: Ռեակտիվ հաղորդականության միջակայք՝ հասանելի սանդղակները՝ 5-15 միլիսիմենս Չափման ժամանակը 20 վայրկյան Ակուստիկ ռեֆլեքս. Փորձարկման հաճախականությունները 0,5, 1, 2, 4 կՀց Փորձարկման մեթոդներ իպսիլատերալ, կոնտրալատերալ: Իպսիլատերալ մակարդակը 70-ից 100 դԲ HL միջակայքում: Կոնտրալատերալ մակարդակը 70-ից 110 դԲ HL միջակայքում: Մակարդակի կարգավորումը ավտոմատ և ֆիքսված: Ռեֆլեքսային անկում. Ստանդարտ տվիչի հաճախականությունը 226 Հց : Փորձարկման հաճախականությունները 0,5, 1, 2, 4 կՀց Իպսիլատերալ մակարդակը 70-ից 100 դԲ HL միջակայքում: Կոնտրալատերալ մակարդակը 70-ից 110 դԲ HL միջակայքում: Փորձարկման մեթոդները ինտակտ և «ծակոտկեն»: Ճնշման միջակայքը
--	--	--	--	--	---

					- 600-ից + 400 դեՊա: Աուդիոմետրիա. Փորձարկման ազդանշանները՝ սինուսային և տատանվող տոն: Փորձարկման ազդանշանների ռեժիմները՝ պուլսային և շարունակական: Օդային լսողության փորձարկման հաճախականությունները՝ 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Հց Ոսկրային լսողության թեստերի հաճախականությունները 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 Հց: Մակարդակի քայլերը 5 դԲ Օդային լսողության մակարդակի միջակայքը -10-ից 110 դԲԼՄ: Ոսկրային լսողության մակարդակի միջակայքը -10-ից 70 դԲԼՄ: Սարքի ընդհանուր բնութագրեր. Էկրանը 10 դյույմ LED, սենսորային կառավարմամբ: Համակարգչային ինտերֆեյսը USB: Ներկառուցված ջերմային տպիչ ստանդարտ աուդիոմետրիայի թղթի համար Էլեկտրամատակարարումը 220-240 Վ ± 10 %, 50/60 Հց Համապատասխանում է. Տիմպանոմետրիայի համապատասխանություն ըստ IEC
--	--	--	--	--	---

					60645-5, Տիպ 2 Առնվումներով համապատասխանություն ըստ IEC 60645-1, Տիպ 3 Անվտանգության համապատասխանություն ըստ IEC 60601-1 Կիրառելի մասերը. Տիմանումներով համապատասխանություն ըստ IEC 60645-5, Տիպ 2 Համատեղելիություն Էլեկտրամագնիսական միջավայրի հետ (EMC) ըստ IEC 60601-1-2 Այլ պայմաններ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար, այդ թվում բոլոր պարագաները օդային, ոսկրային լսողության ստուգման, ինչպես նաև տիմանումներով համար: Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO13485 կամ համարժեք: 2. Բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով
--	--	--	--	--	---

					պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	--