

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՎՁԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
44	Արյան հոսքագիծ	WEGO Blood Purification Business Group / Vital Healthcare/ Bain Medical Equipment (Gaungzhou) Co//Farmasol Tibbi Ürünler San.Tic.A.Ş./Lepu Medical Technology",,	Արյունատար մագիստրալներ (զարկերակ-անոթ լրակազմ): Պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծը 8մմ. Երակային օդածուղակի տրամագիծը 22մմ. լցման ծավալը 161մլ+-20%.մանրեագերծման մեթոդը՝նադիացիոն ճառագայթմամբ կամ էթիլեն օքսիդով մանրեագերծում:Պետք է չպարունակի լատեքս:ISO 13485 և CE սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЭРЧ-ЕЦДЦЧЭР-26/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
44			