

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/157 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	PDS VIO	Ethicon Endo	Ethicon Endo PDS VIO	Johnson&Johnson	Ստերիլ վիրաբուժական թել, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտային, պատրաստված է պոլիէֆիր պոլի-թ դիօքսանոնից: Օգտագործվող նյութերը ապիրոգեն են և չեն առաջացնում հակազենային ակտիվություն: Թելը պետք է ներկված լինի` վիրահատական դաշտում տեսանելիությունը բարելավելու նպատակով: Թելի ամբողջական ներծծման ժամանակը կազմում է պետք է ունենա 182-238 օր: Թելը պետք է ունենա հակաբակտերիալ հատկություններ` վիրահատական

					վարակների կանխարգելման համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում, ներառյալ ուղեղային թաղանթները: Թելում կիրառվող հակամանրէային նյութը՝ տրիկլոզանը, ցուցաբերում է կլինիկորեն ապացուցված ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E. coli և Klebsiella pneumoniae մանրէների նկատմամբ: Տրիկլոզանը ապահով է ուղեղային թաղանթների վիրահատությունների ժամանակ և չի կորցնում ակտիվությունը՝ նույնիսկ անիոնային խմբեր պարունակող նյութերի առկայությամբ: Թելի մետրիկ չափը 2 է, պայմանական չափը՝ 3/0, երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 90 սմ: Թելը պետք է լինի երկու ասեղով: Ասեղները պատրաստված են բարձրադիմացկուն, կոռոզիոնակայուն պողպատից և պատված են սիլիկոնով, ինչը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքներում և ապահովում է հեշտ անցում: Ասեղների կառուցվածքը պետք է ներառի
--	--	--	--	--	---

					խագեր՝ ֆիքսացիայի հուսալիությունը բարձրացնելու համար: Ասեղները պետք է լինեն ծակող, կես շրջանագիծ, 31 մմ երկարությամբ: Թելը տեղադրված է ստերիլ ներքին պլաստիկ տարայի մեջ, որը փաթեթավորված է մեկական փայլաթիթեղային փաթեթով: Այս փաթեթավորումը թույլ է տալիս մեկ շարժումով հասանելիություն ապահովել թելին՝ նվազեցնելով մանիպուլյացիոն ժամանակը: Փաթեթի մակնշման վրա նշված են արտադրանքի անվանումը, կազմը, արտադրողի նշանը, արտադրողի անունը, մատրիցային կոդը, կատալոգային համարը, պայմանական և մետրիկ չափերը, գույնը, երկարությունը, ասեղի տեսակը և քանակը, ստերիլացման եղանակը և միանգամյա օգտագործման նշումը: Թելը դասավորված է օվալաձև ձևով՝ ապահովելով ուղիղ վիճակը և նվազեցնելով «ձևի հիշողության» էֆեկտը: Խմբային փաթեթավորումը (տուփը) պարունակում է 36 հատ, հերմետիկ է (պոլիէթիլեն կամ այլ նյութ), պաշտպանում է
--	--	--	--	--	---

					խոնավությունից և կրկնում է անհատական փաթեթի տեղեկատվությունը: Յուրաքանչյուր տուփում պետք է լինի օգտագործման բժշկական հրահանգը: Ավտորիզացիոն նամակը, համապատասխանության հավաստագիրը և ծագման սերտիֆիկատը պարտադիր ներկայացնել մատակարարման ժամանակ :
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4РЧ-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/157 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	PDS VIO	Ethicon Endo	Ethicon Endo PDS VIO	Johnson&Johnson	Ստերիլ վիրաբուժական թել, սինթետիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտային, պատրաստված է պոլիէթիլ պոլի-թ դիօքսանոնից: Օգտագործվող նյութերը ապիրոգեն են և չեն առաջացնում հակազենային ակտիվություն: Թելը պետք է ներկված լինի՝ վիրահատական դաշտում տեսանելիությունը բարելավելու նպատակով: Թելի ամբողջական ներծծման ժամանակը կազմում է պետք է ունենա 182-238 օր: Թելը պետք է ունենա հակաբակտերիալ հատկություններ՝ վիրահատական

					վարակների կանխարգելման համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում, ներառյալ ուղեղային թաղանթները: Թելում կիրառվող հակամանրէային նյութը՝ տրիկլոզանը, ցուցաբերում է կլինիկորեն ապացուցված ակտիվություն Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E. coli և Klebsiella pneumoniae մանրէների նկատմամբ: Տրիկլոզանը ապահով է ուղեղային թաղանթների վիրահատությունների ժամանակ և չի կորցնում ակտիվությունը՝ նույնիսկ անիոնային խմբեր պարունակող նյութերի առկայությամբ: Թելի մետրիկ չափը 2 է, պայմանական չափը՝ 3/0, երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 90 սմ: Թելը պետք է լինի երկու ասեղով: Ասեղները պատրաստված են բարձրադիմացկուն, կոռոզիոնակայուն պողպատից և պատված են սիլիկոնով, ինչը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքներում և ապահովում է հեշտ անցում: Ասեղների կառուցվածքը պետք է ներառի
--	--	--	--	--	---

					խազեր՝ ֆիքսացիայի հուսալիությունը բարձրացնելու համար: Ասեղները պետք է լինեն ծակող, կես շրջանագիծ, 31 մմ երկարությամբ: Թելը տեղադրված է ստերիլ ներքին պլաստիկ տարայի մեջ, որը փաթեթավորված է մեկական փայլաթիթեղային փաթեթով: Այս փաթեթավորումը թույլ է տալիս մեկ շարժումով հասանելիություն ապահովել թելին՝ նվազեցնելով մանիպուլյացիոն ժամանակը: Փաթեթի մակնշման վրա նշված են արտադրանքի անվանումը, կազմը, արտադրողի նշանը, արտադրողի անունը, մատրիցային կոդը, կատալոգային համարը, պայմանական և մետրիկ չափերը, գույնը, երկարությունը, ասեղի տեսակը և քանակը, ստերիլացման եղանակը և միանգամյա օգտագործման նշումը: Թելը դասավորված է օվալաձև ձևով՝ ապահովելով ուղիղ վիճակը և նվազեցնելով «ձևի հիշողության» էֆեկտը: Խմբային փաթեթավորումը (տուփը) պարունակում է 36 հատ, հերմետիկ է (պոլիէթիլեն կամ այլ նյութ), պաշտպանում է
--	--	--	--	--	---

					խոնավությունից և կրկնում է անհատական փաթեթի տեղեկատվությունը: Յուրաքանչյուր տուվիում պետք է լինի օգտագործման բժշկական հրահանգը: Ավտորիզացիոն նամակը, համապատասխանության հավաստագիրը և ծագման սերտիֆիկատը պարտադիր ներկայացնել մատակարարման ժամանակ :
--	--	--	--	--	---