ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/71 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Resonance	Resonance r15c-T	r15c-T	M.R.S. SRL	Տեխնիկական բնութագիր Աուդիոմետր տիմպանոմետրով Նախատեսված մեծահասակների երեխաների և նորածինների օդային և ոսկրային լսողության ստուգման, ինչպես նաև տիմպանոմետրիայի համար Տիմպանոմետրիա. Տվիչի հաճախականությունները. Հետազոտություն անցկացնելու նպատակով 2 տարբեր հաճախականությունների առկայություն 226 Հg, 85 դԲԱՃՄ ± 2 դԲ 1000 Հg, 70,5 դԲԱՃՄ ± 2 դԲ Ճնշման միջակայք. - 700-ից + 550 դեՊա միջակայքում Ճնշման

						ճշգրտությունը ± 10 % կամ ± 10 դեՊա միջակայքում։ Ծավալի միջակայքը 0,05-ից 7,0 մլ (փոխհատուցված)։ Համապատասխանության միջակայք՝ 1- 7 մլ 226 Հց հաճախականության համար։ Ռեակտիվ հաղորդականության միջակայք՝ հասանելի սանդղակները՝ 0-25 միլիսիմենս Չափման ժամանակը 10 և 20 վայրկյան Ակուստիկ ռեֆլեքս. Փորձարկման հաճախականությունները 0,5, 1, 2, 4 կՀց Փորձարկման մեթոդներ իպսիլատերալ, կոնտրալատերալ։ Իպսիլատերալ մակարդակը 50-ից 100 դԲ HL միջակայքում։ Կոնտրալատերալ մակարդակը 50-ից 115 դԲ HL միջակայքում։ Մակարդակի կարգավորումը ավտոմատ և ֆիքսված։ Ռեֆլեքսային անկում. Ստանդարտ տվիչի հաճախականությունը 226 Հց ± 1 %։ Փորձարկման հաճախականությունները 0,5, 1, 2, 4 կՀց Իպսիլատերալ մակարդակը 50-ից 100 դԲ HL միջակայքում։ Կոնտրալատերալ մակարդակը 50-ից 115 դԲ HL միջակայքում։

					Փորձարկման մեթոդները ինտակտ և «ծակոտկեն»։ Ճնշման միջակայքը առնվազն - 750-ից + 550 դեՊա։ Աուդիոմետրիա. Փորձարկման ազդանշանները՝ սինուսային և տատանվող տոն։ Փորձարկման ազդանշանների ռեժիմները՝ պուլսային և շարունակական։ Օդային լսողության փորձարկման հաճախականությունները՝ 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Հց Ոսկրային լսողության թեստերի հաճախականությունները 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 Հց։ Մակարդակի քայլերը 1դԲ, 3 դԲ Օդային լսողության մակարդակի միջակայքը -10-ից 110 դԲԼՄ։ Ոսկրային լսողության մակարդակի միջակայքը -10-ից 70 դԲԼՄ։ Սարքի ընդհանուր բնութագրեր. Էկրանը 7 դյույմ LED, սենսորային կառավարմամբ։ Համակարգչային ինտերֆեյսը USB։ Wi-Fi ջերմային տպիչ Էլեկտրամատակարարումը 220-240 Վ ± 10 %, 50/60 Հց համապատասխանում է Տիմպանոմետրիայի

					համապատասխանություն ըստ IEC 60645-5, ANSI S 3.39 Type 2 Աուդիոմետրիայի համապատասխանություն ըստ IEC 60645-1, Type 4 Անվտանգության համապատասխանություն ըստ IEC 60601-1, 3rd edition, Class II Type BF Կիրառելի մասերը. Տիմպանոմետրիայի համապատասխանություն ըստ IEC 60645-5, Տիպ 2 Համատեղելիություն էլեկտրամագնիսական միջավայրի հետ (EMC) ըստ IEC 60601-1-2 Այլ պայմաններ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար, այդ թվում բոլոր պարագաները օդային, ոսկրային լսողության ստուգման, ինչպես նաև տիմպանոմետրիայի համար: Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO13485 , ISO9001 2. Բժշկական

					սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ , FDA սերտիֆիկատ (FDA 874.1090 ETY)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19					