

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2025/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	EKG3A	EKG3A	EKG3A	Meditech Equipment Co.,Ltd, China	ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը 8" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ` 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ չափումներ` բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, առավելագույն R [V5]

կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լիոն ինդեքս P, R, T առանցք Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր Էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարվումով՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող թուղթ՝ 80մմ x 30մմ Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 / 10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ Էլեկտրոսնուցումը ՝ 220 Վ / 50 Հց: Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 Էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների Էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
--

					Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. Բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	EKG3A	EKG3A	EKG3A	Meditech Equipment Co.,Ltd, China	ԷՍԳ շարժական Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը 8" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ Չգայունություն, մմ / մվ` 5, 10, 20, ավտոմատ Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով ԷՍԳ չափումներ` բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, առավելագույն R [V5]

կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լիոն ինդեքս P, R, T առանցք Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր Էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Տարվումով՝ 8 կետ / մմ Ձայնագրող թուղթ՝ 80մմ x 30մմ Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 5 / 10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե Միացման ձևը՝ ստանդարտ Էլեկտրոսնուցումը ՝ 220 Վ / 50 Հց: Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն Աքսեսուարներ 1. Հիվանդի մալուխ 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 Էլեկտրոդ 3. 4 վերջույթների Էլեկտրոդներ 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել 5. 2 թղթի փաթույթ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
--

					Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. Բժշկական սարքավորումների համար` 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	---