

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	վերակենդանացմա ն սարքեր	վերակենդանացմա ն սարքեր	վերակենդանացմա ն սարքեր	վերակենդանացմա ն սարքեր	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ) Ինվազիվ և ոչ ինվազիվ վենտիլացիա մեծահասակ, մանուկ և նորածին (ներառյալ վաղաժամ ծնված) հիվանդների համար իստենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում Գունավոր գրաֆիկական ցուցադրման մոնիտոր. ոչ պակաս քան 12 դյույմ գունավոր սենսորային մոնիտոր Ընտրված պարամետրերի տրենդների տվյալները պետք է հասանելի լինեն ոչ պակաս քան 72 ժամվա ընթացքում Պետք է ունենա էներգիայի ճշգրիտ կառավարում

մարտկոցի պահուստավորմամբ
 Պետք է ունենա ներկառուցված
 մարտկոց, որը կապահովի ԹԱՇ-ի ոչ
 պակաս քան 2,5 ժամ ամբողջական
 աշխատանք: Շնչառական
 ռեժիմները. (ոչ պակաս քան կամ
 համարժեք) Մեծահասակներ և
 մանկաբուժություն (ոչ պակաս քան
 ներկայացված ռեժիմները) VCV -
 Ծավալով կառավարվող
 (Assisted/Controlled) վենտիլացիա
 PCV - Ճնշումով կառավարվող
 (Assisted/Controlled) վենտիլացիա
 PSV - Ճնշման աջակցությամբ
 վենտիլացիա CPAP -
 Շարունակական դրական ճնշում
 շնչուղիներում SIMV (VCV) -
 սինխրոնիզացված փոխարինող
 օդափոխություն, որը վերահսկվում է
 ըստ ծավալի SIMV (PCV) -
 Սինխրոնացված ընդհատվող
 պարտադիր օդափոխություն, որը
 վերահսկվում է ըստ ճնշման PRVC
 (Ճնշման կարգավորվող ծավալի
 վերահսկում) BPAP - Երկմակարդակ
 դրական օդուղիների ճնշում APRV
 (Օդուղիների ճնշման արձակման
 օդափոխություն) NIV - Ոչ ինվազիվ
 վենտիլացիա Նորածիններ (ոչ

					պակաս քան ներկայացված ռեժիմները) VCV - ծավալով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա PCV - ճնշումով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա PSV - ճնշման աջակցությամբ վենտիլացիա CPAP - Շարունակական դրական ճնշում շնչողիներում SIMV (VCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի SIMV (PCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման PRVC (Ճնշման կարգավորվող ծավալի վերահսկում) BPAP - Երկմակարդակ դրական օդողիների ճնշում APRV (Օդողիների ճնշման արձակման օդափոխություն) NIV - Ոչ ինվազիվ վենտիլացիա CPAP շարունակական հոսքով (Ոչ ինվազիվ վենտիլացիայի դեպքում արտահոսքի կոմպենսացիայով) Շնչառական ծավալը՝ ոչ պակաս քան 2 - 1500 մլ տիրույթում ճրագրավորվող րոպեական ծավալը ոչ պակաս քան 1-100 լիտր/րոպե տիրույթում Ներշնչման ժամանակը՝ ոչ պակաս
--	--	--	--	--	--

քան 0.2 - 5 վրկ տիրույթում I:E
 հարաբերակցությունը ոչ պակաս
 քան 4:1 - 1:10 տիրույթում
 Շնչառական հաճախությունը.
 Մեծահասակ. ոչ պակաս քան 2-80
 շնչ/րոպե միջակայքում Մանկական /
 նորածնային. ոչ պակաս քան 2-120
 շնչ/րոպե միջակայքում FiO2:
 21-100%. Ներշնչման զգայնություն.
 Հոսքը՝ ոչ պակաս քան 0,5 - 15 լ /
 րոպե միջակայքում Ճնշումը՝ ոչ
 պակաս քան -20 ից 0 սմ H2O
 միջակայքում: PEEP/CPAP: ոչ պակաս
 քան 0 - 30 cmH2O միջակայքում
 Controlled Pressure (PCV): ոչ պակաս
 քան 2 - 50 cmH2O. միջակայքում
 Pressure Support (PSV): ոչ պակաս
 քան 0 - 70 cmH2O միջակայքում
 Inspiratory Pause (կարգաբերվող
 VCV ռեժիմում): ոչ պակաս քան 0 - 2
 վարկյան միջակայքում Inspiratory
 pressure: ոչ պակաս քան 5 - 70
 cmH2O միջակայքում Առավելագույն
 ճնշման սահմանափակում
 (անվտանգության սահմաններ). ոչ
 պակաս քան 0 - 60 cmH2O
 միջակայքում Ահագանգեր Լուսային
 և ծայնային ազդանշաններ՝ ըստ
 առաջնահերթության և Էկրանի

					տուրբին հոսնավացուցիչ 1 խոնավացուցիչի ջրի խցիկ, բազմակի օգտագործման O2-միացնող խողովակ՝ ոչ պակաս քան 2 մ 1 օդի միացման խողովակ՝ ոչ պակաս քան 2 մ Օդի խոնավացուցիչ. ջեռուցումը անվտանգության թերմոստատով եւ աշխատանքային կարգավիճակի ցուցիչով 1 շնչառական խողովակներ, նորածնային հիվանդի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջրի թակարդներով, Y-մասով, դիմակի միակցիչով, կաթետերի միակցիչով, շնչառական պարկ և այլն 1 շնչառական խողովակներ, մեծահասակ / երեխա հիվանդի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջրի թակարդներով, Y-մասով, դիմակի միակցիչով, կաթետերի միակցիչով, շնչառական պարկ և այլն Հիմնական լրակազմ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
--	--	--	--	--	--

					Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, մեծահասակների և երեխաների համար բազմակի օգտագործման շնչառական խողովակներ, դիմակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, թթվածնի պահեստային սենսոր, սարքը գազի վահանակին միացնելու համար նախատեսված խողովակներ՝ յուրաքանչյուրը ոչ պակաս քան 2 մ, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն): Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք: 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր
--	--	--	--	--	---

					անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	--