

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բիոսիստեմա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-27-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
63	Afias	PCT PLUS G	Boditech Med inc.	Boditech Afias 10 անալիզատորի համար Պրոկալցիտոնին պլուս (PCT Plus) որոշման թեստ հավաքածու: Օրիգինալ: Մեթոդը` Ֆյուլորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ` 2-8 °C ջերմաստիճանում: Ֆորմատը` 24 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյուն/շիճուկ/պլազմա: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Boditech Afias 10 (հանդիսանում է փակ համակարգ) անալիզատորներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Պրոկալցիտոնին պլուս (PCT Plus) որոշման թեստ-հավաքածուով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում` մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է` ապրանքն արտադրողից կամ

				վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարարվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Биосистемс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2025/16-27-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
63				