

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/64/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SWS	SWS 4000A կամ SWS 6000A	4000A կամ 6000A	Hemodialysis Care Co., Ltd	Հեմոդիալիզի սարք Պահանջներ. Սարքը նախատեսված է հեմոդիալիզի անցկացման համար՝ ցածր թափանցելիությամբ (low flux) և բարձր թափանցելիությամբ (high flux) Մարտկոցի առկայություն Գունավոր թվային էկրանի առկայություն Սարքը կարողանում է աշխատել մուտքային ջրի (բուժման ընթացքում) 10-ից 30 °C տիրույթում Մեքենան ունի մանրէների գտիչ (պիրոգեն ֆիլտր)՝ մինչև ջրի հոսքը դեպի դիալիզատոր Աուդիո-, տեսա- ազդանշաններ՝ հաղորդունակության

					հաճախականության խախտման, արյան արտահոսքի, օդային արտահոսքի, տրանսմեմբրանային ճնշման ազդանշաններ, դիալիզի ջերմաստիճանի ազդանշան, ախտահանման ավարտի ազդանշան, շրջանցման (bypass) ազդանշան և արյան պոմպի դադարեցման ազդանշան՝ առկայություն և վտոմատ միացման/անջատման հնարավորության , գիշեր/ցերեկ ռեժիմների առկայություն և վտոմատ ինքնաստուգման հնարավորության առկայություն Մոնիտորին բուժման պարամետրերի ցուցադրման հնարավորության առկայություն Միզանյութի վրա հիմնված KT/V շարունակական մոնիտորինգի հնարավորության առկայություն Սարքի արյան պոմպը համապատասխանում է ստանդարտ A-V արյան հոսքագծերին Արյան հոսքի վերահսկման առկայություն Արյան արտահոսքի հայտնաբերման առկայություն Արյան հոսքի արագությունը 30-600 մլ/րոպե տիրույթում Դիալիզի պրոցեդուրայի ավտոմատ դադարեցում
--	--	--	--	--	---

Դիալիզատի ջերմաստիճաններն
 ընտրվում է 33-ից 40օՑ աստիճան
 տիրույթում Խտանյութի սպասում
 ռեժիմի առկայություն Գծերում օդի
 հայտնաբերման առկայություն
 Հեպարինի համար ներարկիչ
 դիսպանսերի առկայություն Հոսքի
 արագությունը 0-ից մինչև 10մլ /
 ժամ միջակայքում Հոսքի
 արագություն՝ 300-ից 800 մլ / րոպե
 տիրություն, քայլ 10մլ 4 ծրագրերով
 և ենթածրագրերով Na և ՌԲ
 (ուլտրաֆիլտրավորման)
 պրոֆիլավորման հնարավորության
 առկայություն UF պրոֆիլներ՝ 1...11;
 Na+ պրոֆիլ՝ 1...8; HCO3 պրոֆիլ՝
 1...8; Հեպարինի պրոֆիլ՝ 1...8 և
 համակցված բուժման դեպքում՝
 12,7; 11,6; 9,5; 14,4:
 Ուլտրաֆիլտրացիայի հսկողության
 առկայություն՝ ՌԲ-0...4000 մլ/ժ
 տիրություն Սարքի ախտահանման
 և մաքրման համակարգի
 առկայություն Ունի ինտեգրված
 ջերմային և քիմիական
 ախտահանման հնարավորություն՝
 ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար
 ախտահանման ծրագրով՝ օր/ գիշեր
 շաբաթային գրաֆիկով

					Հեմոդիալիզի անցկացման ընթացքում անսարքության և հեմոդիալիզի նորմատիվներից շեղման ավտոմատ ախտորոշում՝ սխալներն հայտնաբերելու և ցուցադրելու հնարավորությամբ և հեմոդիալիզի պրոցեդուրայի ավտոմատ դադարեցմամբ Ախտահանման մատյանի առկայություն Ունի դրենաժային համակարգ Մեքենան հնարավոր է միացնել համակարգչին Սնուցում. Սնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Առաջարկվող սարքերը Նախատեսված են ISO 13485 կամ համարժեք , CE Mark կամ համարժեք որակավորում ունեցող երկու կամ ավելի արտադրողների պարագաների (դիալիզատոր /հիվանդի անհատական ֆիլտր/, արյան հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ և ռեակտիվներ) Կիրառման համար: Բոլոր սարքերի համար մատակարարվում են արյան ճնշումը չափելու մանժետները (ճարմանդները) Bicart պահիչի առկայություն Համակարգի տեղադրման և ստանդարտացման
--	--	--	--	--	--

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ		համար պահանջվող բոլոր ծախսանյութերը տրվում են Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Տեղադրումը և մեկնարկը իրականացվելու են սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից Համապիտ
ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом			предлагаемого товара		ՀՀ ԱՆ ԷԱԶԱ 12Բ-2025/8472-ի նիժե ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
Номер лота			Предлагаемый товар		լրացուցիչ սարքերը և
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	պարագաները, որոնք անհրաժեշտ տեխնические характеристики են լիարժեք գործունեության համար
1					(չրի մաքրման համակարգի միացման համար, Էլեկտրական համակարգերի համար անհրաժեշտ անջատիչներ (Էլեկտրոնային համակարգերի համար անհրաժեշտ ավտոմատներ (ապահովիչներ)) 3 ամիսը մեկ անգամ մասնագետի կողմից համայց սարքավորումների ընդհանուր գործունեության ստուգման համար Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման իրականացում՝ ներառյալ անհրաժեշտ

					պահեստամասերի պարտադիր փոխարինմամբ Մատակարար ընկերությունը երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ընթացքում ունենալու է մատակարարված սարքավորումների առավել հաճախ խափանվող դետալների պահեստամասերի որոշակի քանակություն խափանված սարքավորումների (բացառության հիմնական վերանորոգման) առավելագույնը 2 օրվա ընթացքում վերանորոգման նպատակով Մատակարար ընկերությունը ունի սպասարկման կենտրոն Հայաստանում: Մատակարար ընկերությունը սարքավորման երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ընթացքում ունի հենոդիալիզի սարքավորումների սպասարկում իրականացնող 3 հավաստագրված ինժեներ: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Երաշխիքը՝ 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ) 1. ISO 13485; ISO 9001 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր
--	--	--	--	--	---

					անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	---