

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վի Առ Մեդիքալ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
121	Վիրահատարանի առաստաղային լուսադիոդային լուսատու երկու գմբեթով	YDE700/700D	MT MEDICAL	Տիպը՝ առաստաղին մոնտաժվող: Գմբեթների քանակը 2-ից ոչ պակաս: LED տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն: Գմբեթները կլոր, յուրաքանչյուր գմբեթում առկա լուսադիոդների խմբերի քանակը ոչ պակաս քան 6, ընդ որում յուրաքանչյուր խմբում լուսադիոդների քանակը ոչ պակաս՝ քան 18: Յուրաքանչյուր գմբեթի տրամագիծը ոչ պակաս՝ քան 700մմ: Լուսադիոդների ծառայության ժամկետը ոչ պակաս՝ քան 50.000 ժամ: Լուսադիոդների ընդհանուր քանակը յուրաքանչյուր գմբեթում ոչ պակաս քան 108 հատ: Յուրաքանչյուր գմբեթից 1մ հեռավորության վրա լուսավորվածությունը ոչ պակաս քան 160.000լք: Վիրահատական դաշտում ջերմաստիճանի բարձրացում 0.5 °C -ից պակաս: Վիրաբույժի գլխավերևում ջերմաստիճանի բարձրացում 1 °C -ից պակաս:

				Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից՝ լուսատուի գմբեթների վրա առկա լուսադիոդների մասնակի ընտրողական անջատման/միացման հնարավորության առկայություն: Լուսավորվածության կարգավորման ռեժիմների քանակությունը ոչ պակաս քան 8: Ra ինդեքսը՝ 93-ից ոչ պակաս: Պետք է ապահովի համասեռ լուսային դաշտ ոչ պակաս քան 1400մմ խորությամբ: Լուսային դաշտի տրամագիծը՝ առնվազն 220-310մմ միջակայքի առկայություն: Գունային ջերմաստիճանը՝ կարգավորման հնարավորությամբ: Գունային ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակությունը 3-ից ոչ պակաս, ընդ որում առաջին ռեժիմը 3800 ± 500Կ, երկրորդ ռեժիմը 4400 ± 500Կ, երրորդ ռեժիմը 5000 ± 500Կ: Էներգիայի առկայություն: Սենսորային վահանակից լուսատուի միացման / անջատման հնարավորության առկայություն: Լուսատուի կարգավորման համար անհրաժեշտ կենտրոնական բռնակների առկայություն, որոնք պետք է լինեն ավտոկլավով մանրեազերծման ենթակա: Յուրաքանչյուր գմբեթի ճառագայթման հոսքի մակերևութային խտությունը ոչ պակաս քան 542 Վտ/մ2: Գմբեթների կողմ թևերի պտտման անկյունը ուղղահայաց առանցքի շուրջ ոչ պակաս քան 360 աստիճան, իսկ գմբեթների պտտման անկյունը հորիզոնական առանցքի շուրջ ոչ պակաս քան 90 աստիճան: Յուրաքանչյուր գմբեթի էներգածախսը ոչ ավել՝ քան 80Վտ: Սնուցում՝ 220Վ/50Հց: Քաշը՝ ոչ ավել քան 85 կգ: ISO9001, ISO13485 և CE Mark (Directive
--	--	--	--	---

				93/42/EEC) վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանը: Լրակազմում ներառված են բոլոր այն պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լուսատուի մոնտաժման, լիարժեք շահագործման համար, մասնավորապես առաստաղին ամրացման դետալները, շահագործման ձեռնարկը: Լուսատուների մոնտաժումը առաստաղին, կարգաբերումը, փորձարկումը, բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումը և շահագործման հանձնումը պետք է կատարվի արտադրողի կողմից լիազորված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Երաշխիքային ժամկետում ի հայտ եկած անսարքությունների (շահագործման կանոնների խախտման հետ չկապված) վերացումը պետք է կատարվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Սարքը տեղադրելուց հետո պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վի Առ Մեդիքալ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
121	Վիրահատարանի առաստաղային լուսադիոդային լուսատու երկու գմբեթով	YDE700/700D	MT MEDICAL	Տիպը՝ առաստաղին մոնտաժվող: Գմբեթների քանակը 2-ից ոչ պակաս: LED տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն: Գմբեթները կլոր, յուրաքանչյուր գմբեթում առկա լուսադիոդների խմբերի քանակը ոչ պակաս քան 6, ընդ որում յուրաքանչյուր խմբում լուսադիոդների քանակը ոչ պակաս՝ քան 18: Յուրաքանչյուր գմբեթի տրամագիծը ոչ պակաս՝ քան 700մմ: Լուսադիոդների ծառայության ժամկետը ոչ պակաս՝ քան 50.000 ժամ: Լուսադիոդների ընդհանուր քանակը յուրաքանչյուր գմբեթում ոչ պակաս քան 108 հատ: Յուրաքանչյուր գմբեթից 1մ հեռավորության վրա լուսավորվածությունը ոչ պակաս քան 160.000լք: Վիրահատական դաշտում ջերմաստիճանի բարձրացում 0.5 °C -ից պակաս: Վիրաբույժի գլխավերևում ջերմաստիճանի բարձրացում 1 °C -ից պակաս:

				Կախված վիրահատության առանձնահատկություններից՝ լուսատուի գմբեթների վրա առկա լուսադիոդների մասնակի ընտրողական անջատման/միացման հնարավորության առկայություն: Լուսավորվածության կարգավորման ռեժիմների քանակությունը ոչ պակաս քան 8: Ra ինդեքսը՝ 93-ից ոչ պակաս: Պետք է ապահովի համասեռ լուսային դաշտ ոչ պակաս քան 1400մմ խորությամբ: Լուսային դաշտի տրամագիծը՝ առնվազն 220-310մմ միջակայքի առկայություն: Գունային ջերմաստիճանը՝ կարգավորման հնարավորությամբ: Գունային ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակությունը 3-ից ոչ պակաս, ընդ որում առաջին ռեժիմը 3800 ± 500Կ, երկրորդ ռեժիմը 4400 ± 500Կ, երրորդ ռեժիմը 5000 ± 500Կ: Էներգիայի առկայություն: Սենսորային վահանակից լուսատուի միացման / անջատման հնարավորության առկայություն: Լուսատուի կարգավորման համար անհրաժեշտ կենտրոնական բռնակների առկայություն, որոնք պետք է լինեն ավտոկլավով մանրեազերծման ենթակա: Յուրաքանչյուր գմբեթի ճառագայթման հոսքի մակերևութային խտությունը ոչ պակաս քան 542 Վտ/մ2: Գմբեթների կողմ թևերի պտտման անկյունը ուղղահայաց առանցքի շուրջ ոչ պակաս քան 360 աստիճան, իսկ գմբեթների պտտման անկյունը հորիզոնական առանցքի շուրջ ոչ պակաս քան 90 աստիճան: Յուրաքանչյուր գմբեթի էներգածախսը ոչ ավել՝ քան 80Վտ: Սնուցում՝ 220Վ/50Հց: Քաշը՝ ոչ ավել քան 85 կգ: ISO9001, ISO13485 և CE Mark (Directive
--	--	--	--	---

				93/42/EEC) վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանը: Լրակազմում ներառված են բոլոր այն պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լուսատուի մոնտաժման, լիարժեք շահագործման համար, մասնավորապես առաստաղին ամրացման դետալները, շահագործման ձեռնարկը: Լուսատուների մոնտաժումը առաստաղին, կարգաբերումը, փորձարկումը, բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումը և շահագործման հանձնումը պետք է կատարվի արտադրողի կողմից լիազորված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Երաշխիքային ժամկետում ի հայտ եկած անսարքությունների (շահագործման կանոնների խախտման հետ չկապված) վերացումը պետք է կատարվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Սարքը տեղադրելուց հետո պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:
--	--	--	--	---