

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 2026-2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	G-col	G-col	BioSystems SA	գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու : Նախատեսված Ստատ ֆաքս սարքի համար - Մեթոդ կոլորոմետրիկ : Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ` ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ + ստանդարտ : Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ, պլազմա: Պահպանման պայմանները` ռեակտիվները 2-8 C: Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը : Պիտանելիության ժամկետ*

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУ4СР4-ЕУХУ72Р 2026-2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	G-col	G-col	BioSystems SA	գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու : Նախատեսված Ստատ ֆաքս սարքի համար - Մեթոդ կոլորոմետրիկ : Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ` ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ + ստանդարտ : Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ, պլազմա: Պահպանման պայմանները` ռեակտիվները 2-8 C: Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը : Պիտանելիության ժամկետ*