

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 2026-2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	HDL	HDL	BioSystems SA	Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ Chol HDL, խոլեստերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու: Նախատեսված Ստատ ֆաքս սարքի համար :Մեթոդ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա : Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ` ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեսթ +ստանդարտ: Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութե: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУ4СР4-ЕУХУ72Р 2026-2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
20	HDL	HDL	BioSystems SA	Բարձր խտության լիպոպրոտեիններ Chol HDL, խոլեստերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու: Նախատեսված Ստատ ֆաքս սարքի համար :Մեթոդ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա : Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ` ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեսթ +ստանդարտ: Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութե: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք